

**Agilent, U1731C, U1732C  
und U1733C  
Handheld-LCR-Messgerät**

**Benutzerhandbuch**



**Agilent Technologies**

## Hinweise

© Agilent Technologies, Inc. 2011–2012

Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendwelcher Form oder mit irgendwelchen Mitteln (einschließlich Speicherung und Abruf auf elektronischem Wege sowie Übersetzung in eine fremde Sprache) ohne vorherige Zustimmung und schriftliche Einwilligung von Agilent Technologies, Inc. gemäß der Urheberrechtsgesetzgebung in den USA und international reproduziert werden.

### Handbuchteilenummer

U1731-90078

### Ausgabe

Fünfte Auflage, 25. Juni 2012

Agilent Technologies, Inc.  
5301, Stevens Creek Blvd.  
Santa Clara, CA 95051 USA

## Garantie

**Das in diesem Dokument enthaltene Material wird im vorliegenden Zustand zur Verfügung gestellt und kann in zukünftigen Ausgaben ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Darüber hinaus übernimmt Agilent keinerlei Gewährleistung für die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen, insbesondere nicht für deren Eignung oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Agilent Technologies übernimmt keine Haftung für Fehler, die in diesem Dokument enthalten sind, und für zufällige Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Ingebrauchnahme oder Benutzung dieser Dokumentation. Falls zwischen Agilent und dem Benutzer eine separate schriftliche Vereinbarung mit Garantiebedingungen bezüglich des in diesem Dokument enthaltenen Materials besteht, die zu diesen Bedingungen im Widerspruch stehen, gelten die Garantiebedingungen in der separaten Vereinbarung.**

## Technologielizenzen

Die in diesem Dokument beschriebene Hardware und/oder Software wird unter einer Lizenz geliefert und darf nur entsprechend den Lizenzbedingungen genutzt oder kopiert werden.

## Nutzungsbeschränkungen

U.S. Government Restricted Rights (eingeschränkte Rechte für die US-Regierung). Die der Bundesregierung gewährten Rechte bezüglich Software und technischer Daten gehen nicht über diese Rechte hinaus, die üblicherweise Endbenutzern gewährt werden. Agilent stellt diese handelsübliche kommerzielle Lizenz für Software und technische Daten gemäß FAR 12.211 (technische Daten) und 12.212 (Computersoftware) – für das US-Verteidigungsministerium – gemäß DFARS 252.227-7015 (technische Daten – kommerzielle Produkte) und DFARS 227.7202-3 (Rechte an kommerzieller Computersoftware oder Computersoftware-Dokumentation) bereit.

## Sicherheitshinweise

### VORSICHT

Ein Hinweis mit der Überschrift **VORSICHT** weist auf eine Gefahr hin. Er macht auf einen Betriebsablauf oder ein Verfahren aufmerksam, der bzw. das bei unsachgemäßer Durchführung zur Beschädigung des Produkts oder zum Verlust wichtiger Daten führen kann. Setzen Sie den Vorgang nach dem Hinweis **VORSICHT** nicht fort, wenn Sie die darin aufgeführten Hinweise nicht vollständig verstanden haben und einhalten können.

### WARNUNG

Eine **WARNUNG** weist auf eine Gefahr hin. Sie macht auf einen Betriebsablauf oder ein Verfahren aufmerksam, der bzw. das bei unsachgemäßer Durchführung zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Setzen Sie den Vorgang nach einem Hinweis mit der Überschrift **WARNUNG** nicht fort, wenn Sie die darin aufgeführten Hinweise nicht vollständig verstanden haben und einhalten können.

## Sicherheitssymbole

Die folgenden Symbole auf dem Gerät und in der Dokumentation deuten auf Vorkehrungen hin, die ausgeführt werden müssen, um den sicheren Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten.

	Gleichstrom (DC)		Aus (Netzteil)
	Wechselstrom (AC)		Ein (Netzteil)
	Sowohl Gleich- als auch Wechselstrom		Vorsicht, Stromschlagrisiko
	Drei-Phasen-Wechselstrom		Vorsicht, Stromschlagrisiko (spezifische Warn- und Vorsichtshinweise finden Sie im Handbuch).
	Anschluss an Schutzerde (Masse)		Vorsicht, heiße Oberfläche
	Schutzleiteranschluss		Aus-Stellung eines bistabilen Druckknopfes
	Rahmen- oder Gehäuseanschluss		Ein-Stellung eines bistabilen Druckknopfes
	Äquipotenzialität		Ausrüstung ständig durch Doppelisolierung oder verstärkte Isolierung geschützt

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Die folgenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen müssen während aller Phasen des Betriebs, des Services und der Reparatur dieses Instruments beachtet werden. Durch Missachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen oder bestimmter Warnungen an einer anderen Stelle dieses Handbuchs werden die Sicherheitsstandards beim Entwurf, bei der Bereitstellung und bei der vorgesehenen Verwendung dieses Geräts verletzt. Agilent Technologies übernimmt bei Missachtung dieser Voraussetzungen durch den Kunden keine Haftung.

### VORSICHT

- Trennen Sie die Stromverbindung und entladen Sie alle Hochspannungskondensatoren vor dem Testen.
- Stellen Sie bei Messungen an schaltungsinternen Komponenten sicher, dass diese keine Spannung führen, bevor Sie die Testleitungen anschließen.
- Dieses Messgerät wurde für die Verwendung in geschlossenen Räumen in einer Höhe bis zu 2.000 m entwickelt.
- Verwenden Sie nur die angegebenen Batterietypen (Auflistung unter „[Produkteigenschaften](#)“ auf Seite 74). Das Messgerät wird über eine einzelne Standard-9-V-Batterie mit Strom versorgt. Stellen Sie sicher, dass die Batterie ordnungsgemäß in das LCR-Messgerät eingelegt ist und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, das Gerät über ein 12-V-Wechselstrom-zu-Gleichstrom-Netzteil mit der Stromversorgung zu verbinden. Wenn Sie mit dem Netzteil arbeiten, stellen Sie die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen der entsprechenden IEC-Norm sicher.

## **WARNUNG**

- **Verwenden Sie dieses Messgerät nur entsprechend der in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungsweise; anderenfalls können sich Beeinträchtigungen für den durch das Gerät gebotenen Schutz ergeben.**
- **Verwenden Sie das Messgerät nicht, wenn es beschädigt ist. Prüfen Sie vor Benutzung des Geräts das Gehäuse. Achten Sie auf Risse oder fehlende Kunststoffteile. Achten Sie besonders auf die Isolierung, welche die Anschlüsse umgibt.**
- **Prüfen Sie die Testleitungen auf beschädigte Isolierung und freiliegendes Metall. Prüfen Sie die Testleitungen auf Durchgang. Ersetzen Sie beschädigte Testleitungen vor der Verwendung des Messgeräts.**
- **Verwenden Sie das Messgerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen, bei Vorhandensein von Dampf oder in feuchten Umgebungen.**
- **Verwenden Sie das Messgerät nie in Umgebungen mit feuchten Bedingungen oder, wenn Wasser auf der Oberfläche ist. Wenn das Messgerät feucht ist, stellen Sie sicher, dass das Gerät nur von dafür geschultem Personal getrocknet wird.**
- **Verwenden Sie für Arbeiten am Messgerät immer nur die angegebenen Ersatzteile.**
- **Wenn Sie die Sonden verwenden, behalten Sie die Finger immer hinter den Fingerschützern der Sonden.**
- **Wenn Sie die Sonden verbinden, verbinden Sie immer erst die allgemeine Messsonde, bevor Sie die stromführende Sonde verbinden. Wenn Sie die Sonden trennen, trennen Sie immer erst die stromführende Messsonde.**
- **Lösen Sie erst die Messsonden vom Messgerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung öffnen.**
- **Verwenden Sie das Messgerät nicht, wenn die Akkufachabdeckung oder ein Teil davon fehlt oder nicht fest sitzt.**
- **Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie diesen, sobald die Anzeige des Akkustatus auf dem Bildschirm blinkt. Dadurch werden falsche Messungen vermieden, die möglicherweise zu einem Stromschlag oder zu einer Verletzung führen können.**

## Umgebungsbedingungen

Dieses Instrument ist für den Gebrauch in Räumen mit geringer Kondensation konstruiert. Die nachstehende Tabelle enthält die allgemeinen Anforderungen an die Umgebungsbedingungen für dieses Gerät.

Umgebungsbedingungen	Anforderungen
Betriebstemperatur	Volle Genauigkeit von –10 °C bis 55 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	Volle Genauigkeit bei bis zu 80% relativer Luftfeuchtigkeit
Lagerungstemperatur	-20 °C bis 70 °C
Lagerungsluftfeuchtigkeit	0% bis 80% nicht kondensierend
Höhe	Bis zu 2.000 m
Verschmutzungsgrad	Verschmutzungsgrad II

### HINWEIS

Das U1731C/U1732C/U1733C Handheld-LCR-Messgerät entspricht den folgenden Sicherheits- und EMC-Anforderungen:

- IEC61010-1:2001/EN61010-1:2001 (zweite Ausgabe)
- IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006
- Kanada: ICES/NMB-001:Ausgabe 4, Juni 2006
- Australien/Neuseeland: AS/NZS CISPR11:2004

## Aufsichtsrechtliche Kennzeichnungen

 <p>ISM 1-A</p>	<p>Das CE-Zeichen ist eine registrierte Marke der Europäischen Gemeinschaft. Das CE-Zeichen gibt an, dass das Produkt allen relevanten europäischen rechtlichen Richtlinien entspricht.</p>	 <p>N10149</p>	<p>Das C-Tick-Zeichen ist eine registrierte Marke der Spectrum Management Agency of Australia. Dies kennzeichnet die Einhaltung der australischen EMC-Rahmenrichtlinien gemäß den Bestimmungen des Radio Communication Act von 1992.</p>
<p>ICES/NMB-001</p>	<p>ICES/NMB-001 gibt an, dass dieses ISM-Gerät der kanadischen Norm ICES-001 entspricht. Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada.</p>		<p>Dieses Gerät entspricht der Kennzeichnungsanforderung gemäß WEEE-Richtlinie (2002/96/EC). Dieses angebrachte Produktetikett weist darauf hin, dass Sie dieses elektrische/elektronische Produkt nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.</p>
	<p>Dieses Zeichen gibt den Zeitraum an, in dem nicht erwartet wird, dass gefährliche oder giftige Substanzen bei sachgemäßer Benutzung aus dem Gerät entweichen oder verfallen. Die erwartete Nutzungsdauer dieses Produkts liegt bei vierzig Jahren.</p>		

## Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 2002/96/EC

Dieses Gerät entspricht der Kennzeichnungsanforderung gemäß WEEE-Richtlinie (2002/96/EC). Dieses angebrachte Produktetikett weist darauf hin, dass Sie dieses elektrische/elektronische Produkt nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

### Produktkategorie:

Im Bezug auf die Ausrüstungstypen in der WEEE-Richtlinie Zusatz 1, gilt dieses Instrument als „Überwachungs- und Kontrollinstrument“.

Das angebrachte Produktetikett ist unten abgebildet.



### Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im Hausmüll.

Zur Entsorgung dieses Instruments wenden Sie sich an das nächste Agilent Service Centre oder besuchen Sie:

[www.agilent.com/environment/product](http://www.agilent.com/environment/product)

Dort erhalten Sie weitere Informationen.

## Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung (KE) für dieses Gerät ist auf der Website von Agilent verfügbar. Unter Eingabe des Produktmodells oder der Beschreibung können Sie nach der KE suchen.

<http://regulations.corporate.agilent.com/DoC/search.htm>

### HINWEIS

Wenn Sie die richtige Konformitätserklärung nicht finden, wenden Sie sich an Ihren lokalen Agilent Vertreter.

---

**DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH LEER GELASSEN.**

# Inhalt

## 1 Einleitung

Über dieses Handbuch	2
Dokumentationen	2
Sicherheitshinweise	2
Vorbereiten des LCR-Messgeräts	3
Überprüfen Sie die Lieferung	3
Einlegen der Batterie	3
Einschalten des LCR-Messgeräts	5
Automatische Ausschaltfunktion (APO)	6
Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung	6
Auswählen des Bereichs	8
Anpassen des Neigungsständers	9
Anschließen des IR-USB-Kabels	10
Einschaltoptionen	11
Kurzbeschreibung des LCR-Messgeräts	12
Maße	12
Übersicht	14
Tastenfeld	16
Bildschirmanzeige	19
Eingangsanschlüsse	23
Reinigen des LCR-Messgeräts	24

## 2 Merkmale und Funktionen

Vornehmen von Messungen	26
Funktion für automatische Identifikation (Ai)	26
Messen der Induktivität (L)	29
Kapazitätsmessung (C)	31
Messen des Widerstands (R)	33
Messen der Impedanz (Z)	35

Messen von Ableitungsfaktor/Qualitätsfaktor/Phasenwinkel (D/Q/θ)	37
Ändern der Testfrequenz	37
Auswählen des Parallel-/Serienschaltkreismodus (P/S)	37
Einstellen der Standardreferenztoleranz (Tol%)	38
Aktivieren von ESR-Messungen	39
Aktivieren von DCR-Messungen	39
Zusätzliche Funktionen	40
Sperren der Anzeige (Hold)	40
Aktivieren des statischen Aufzeichnungsmodus (Rec)	40
Einstellen des Abgleichs für oberen/unteren Grenzwert (Grenze)	42
Durchführen relativer Messungen (Null)	45
Ausführen der Open/Short-CAL	46

### 3 Setup-Optionen

Verwenden des Menüs "Setup"	50
Bearbeiten von numerischen Werten	51
Zusammenfassung - Menü "Setup"	52
Setup-Menüelemente	54
Ändern des Verhaltens beim Einschalten	54
Ändern der Phasenwinkelbedingung der Ai-Funktion	61
Ändern der beim Einschalten aktiven Grenzwertkategorie und des Satzes	63
Ändern der benutzerdefinierten Werte für oberen/unteren Grenzwert	64
Ändern der Baudrate	66
Ändern der Paritätsprüfung	67
Ändern der Datenbits	68
Ändern der Warntonfrequenz	69
Sperren der Drucktasten	70

Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung	71
Zurücksetzen der Setup-Elemente	72

## **4 Eigenschaften und Spezifikationen**

Produkteigenschaften	74
Spezifikationsbedingungen	75
Elektrische Spezifikationen	76
Impedanz-/Widerstand-/DCR-Spezifikationen	76
Kapazitätsspezifikationen	77
Induktivitätsspezifikationen	78
Nullphasenwinkel der Impedanz - Spezifikationen	79
Ableitungs-/Qualitätsfaktor-Spezifikationen	80
Prüfsignalspezifikationen	81
Ausgangsimpedanz der Impedanz-/Widerstandsmessung	82
Ausgangsimpedanz der Kapazitätsmessung	83
Ausgangsimpedanz der Induktivitätsmessung	84
SMD-Pinzettenspezifikationen	85
Elektrische Eigenschaften	86



## Liste der Abbildungen


Abbildung 1-1	Einlegen der Batterien	4
Abbildung 1-2	Einschalttaste	5
Abbildung 1-3	Anpassung des Neigungsständers und IR-Kabelverbindung	9
Abbildung 1-4	Agilent GUI Data Logger Software	10
Abbildung 1-5	Breitenmaße	12
Abbildung 1-6	Höhen- und Tiefenmaße	13
Abbildung 1-7	Vorderes Bedienfeld	14
Abbildung 1-8	Hinteres Bedienfeld	15
Abbildung 2-1	Verwenden der Ai-Funktion	26
Abbildung 2-2	Induktivitätsmessung mit Q-Faktor	29
Abbildung 2-3	Induktivitätsmessung	30
Abbildung 2-4	Kapazitätsmessung mit D-Faktor	31
Abbildung 2-5	Messen der Kapazität	32
Abbildung 2-6	Widerstandsmessung	33
Abbildung 2-7	Widerstandsmessung	34
Abbildung 2-8	Impedanzmessung mit Theta	35
Abbildung 2-9	Messen der Impedanz	36
Abbildung 2-10	Komponente überschreitet die eingestellte Toleranz	38
Abbildung 2-11	ESR-Messung mit Theta	39
Abbildung 2-12	DCR-Messung	39
Abbildung 2-13	Verwenden der Hold-Funktion	40
Abbildung 2-14	Verwenden der Rec-Funktion	41
Abbildung 2-15	Verwenden der Grenzwertfunktion	43
Abbildung 2-16	Obere und untere Grenzwerte	44
Abbildung 2-17	Anzeigen "nGo" und "Go"	44
Abbildung 2-18	Verwenden der Nullfunktion	45
Abbildung 2-19	Verwenden der Cal-Funktion	47
Abbildung 2-20	Aufforderungen für offene Kalibrierung und Kurzschlusskalibrierung	47
Abbildung 3-1	Ändern des Messtyps beim Einschalten	55
Abbildung 3-2	Ändern der Testfrequenz beim Einschalten	56

- Abbildung 3-3 Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Induktivitätsmessungen (L) 57
- Abbildung 3-4 Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Kapazitätsmessungen (C) 58
- Abbildung 3-5 Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Widerstandsmessungen (R) 59
- Abbildung 3-6 Ändern der Open/Short-CAL beim Einschalten 60
- Abbildung 3-7 Ändern der Phasenwinkelbedingung der Ai-Funktion 62
- Abbildung 3-8 Ändern des beim Einschalten aktiven Grenzwert- und Kategoriesatzes 63
- Abbildung 3-9 Ändern der benutzerdefinierten Werte für oberen/unteren Grenzwert 65
- Abbildung 3-10 Ändern der Baudrate 66
- Abbildung 3-11 Ändern der Paritätsprüfung 67
- Abbildung 3-12 Ändern der Datenbits 68
- Abbildung 3-13 Ändern der Warntonfrequenz 69
- Abbildung 3-14 Sperren der Drucktasten 70
- Abbildung 3-15 Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung 71
- Abbildung 3-16 Zurücksetzen der Setup-Elemente 72
- Abbildung 4-1 U1782B SMD-Pinzetten 85

## Liste der Tabellen

Tabelle 1-1	Batteriestandsanzeige	5
Tabelle 1-2	Einschaltoptionen	11
Tabelle 1-3	Teile des vorderen Bedienfelds	14
Tabelle 1-4	Teile auf der Rückseite	15
Tabelle 1-5	Tastenfeldfunktionen	16
Tabelle 1-6	Allgemeine Meldeanzeigen	19
Tabelle 1-7	Maßeinheitenanzeige	22
Tabelle 1-8	Eingangsanschlüsse/Eingangsbuchsen	23
Tabelle 2-1	Automatische Identifizierung - Phasenwinkelregeln	27
Tabelle 2-2	Automatische Identifizierung - Serien/Parallel-Regeln für Widerstandsmessungen	27
Tabelle 2-3	Automatische Identifizierung - Serien/Parallel-Regeln für Kapazitätsmessungen	28
Tabelle 2-4	Automatische Identifizierung - Serien/Parallel-Regeln für Induktivitätsmessungen	28
Tabelle 2-5	Verfügbare Testfrequenzen	37
Tabelle 2-6	Werkseitig voreingestellte obere und untere Grenzwerte	42
Tabelle 3-1	Menü "Setup" - Hauptfunktionen	50
Tabelle 3-2	Elementbeschreibungen für das Setup-Menü	52
Tabelle 3-3	Automatische Identifizierung - Phasenwinkelregeln	61
Tabelle 3-4	Benutzerdef. obere/untere Standardgrenzwerte	64
Tabelle 4-1	Impedanz-/Widerstand-/DCR-Spezifikationen	76
Tabelle 4-2	Kapazitätsspezifikationen	77
Tabelle 4-3	Induktivitätsspezifikationen	78
Tabelle 4-4	Nullphasenwinkel der Impedanz - Spezifikationen	79
Tabelle 4-5	Ableitungs-/Qualitätsfaktor-Spezifikationen	80
Tabelle 4-6	Prüfsignalspezifikationen	81
Tabelle 4-7	Ausgangsimpedanz der Impedanz-/Widerstandsmessung	82
Tabelle 4-8	Ausgangsimpedanz der Kapazitätsmessung	83
Tabelle 4-9	Ausgangsimpedanz der Induktivitätsmessung	84
Tabelle 4-10	Elektrische Eigenschaften der U1782B SMD-Pinzetten	86





# 1 Einleitung

Über dieses Handbuch	2
Dokumentationen	2
Sicherheitshinweise	2
Vorbereiten des LCR-Messgeräts	3
Überprüfen Sie die Lieferung	3
Einlegen der Batterie	3
Einschalten des LCR-Messgeräts	5
Automatische Ausschaltfunktion (APO)	6
Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung	6
Auswählen des Bereichs	8
Anpassen des Neigungsständers	9
Anschließen des IR-USB-Kabels	10
Einschaltoptionen	11
Kurzbeschreibung des LCR-Messgeräts	12
Maße	12
Übersicht	14
Tastenfeld	16
Bildschirmanzeige	19
Eingangsanschlüsse	23
Reinigen des LCR-Messgeräts	24

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Ihr LCR-Messgerät bei der ersten Inbetriebnahme einrichten. Weiterhin werden alle Funktionen und Merkmale des LCR-Messgeräts beschrieben.



## Über dieses Handbuch

Die Beschreibungen und Anweisungen in diesem Handbuch gelten für die Agilent U1731C, U1732C, und U1733C Handheld-LCR-Messgeräts (im Folgenden nur noch als das LCR-Messgerät bezeichnet).

In allen Abbildungen wird das Modell U1733C dargestellt.

## Dokumentationen

Die folgenden Handbücher und Software sind für Ihr LCR-Messgerät verfügbar: Die aktuellen Versionen finden Sie auf unserer Webseite unter:

<http://www.agilent.com/find/hhTechLib>.

Prüfen Sie die Änderungsstandversion des jeweiligen Handbuchs auf der ersten Seite.

- **Benutzerhandbuch.** Dieses Handbuch.
- **Schnellstarthandbuch.** Gedruckte Kopie zur Verwendung im Freien, in der Lieferung enthalten.
- **Servicehandbuch.** Kostenfreier Download von der Agilent-Webseite.
- **Agilent GUI Data Logger-Software, Schnellstarthandbuch und Hilfe.** Kostenfreier Download von der Agilent-Webseite.

## Sicherheitshinweise

In diesem Handbuch werden Sicherheitshinweise verwendet. (Formatbeispiele finden Sie im Abschnitt „[Sicherheitshinweise](#)“). Machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen und deren Bedeutung vertraut, bevor Sie das LCR-Messgerät in Betrieb nehmen.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise zur Verwendung dieses Produkts befinden sich im Abschnitt „[Sicherheitshinweise](#)“.

Setzen Sie den Vorgang nach einem Sicherheitshinweis nicht fort, wenn Sie die darin aufgeführten Hinweise nicht vollständig verstanden haben und nicht einhalten können.

## Vorbereiten des LCR-Messgeräts

### Überprüfen Sie die Lieferung

Wenn Sie das LCR-Messgerät erhalten, sollten Sie die Lieferung nach folgendem Verfahren überprüfen.

- 1** Überprüfen Sie die Transportverpackung auf Schäden. Zeichen einer Beschädigung können eine verbeulte oder zerrissene Transportverpackung oder eine unnormale Verdichtung oder Risse im Polstermaterial sein. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für den Fall auf, dass das LCR-Messgerät zurückgesandt werden muss.
- 2** Nehmen Sie den Inhalt vorsichtig aus der Transportverpackung und stellen Sie sicher, dass das Standardzubehör und Ihre bestellten Optionen in der Lieferung enthalten sind. Vergleichen Sie hierzu den Inhalt mit der Liste Mitgeliefertes Zubehör, die sich im *U1731C/U1732C/U1733C Schnellstarthandbuch* befindet.
- 3** Wenden Sie sich mit Fragen und Problemen an die Agilent-Kontakttelefonnummern auf der Rückseite dieses Handbuchs.

### Einlegen der Batterie

Das LCR-Messgerät wird über eine einzelne 9-V-Alkalibatterie betrieben (im Lieferumfang enthalten). Bei Lieferung des LCR-Messgeräts ist die Alkalibatterie nicht im Gerät eingelegt.

Gehen Sie zum Einlegen der Batterie nach folgendem Verfahren vor.


#### VORSICHT

Bevor Sie die Batterie einlegen, müssen Sie alle Kabelverbindungen von den Anschlüssen trennen und sicherstellen, dass das LCR-Messgerät AUSGESCHALTET ist. Verwenden Sie nur Batterietypen, die im Abschnitt „Produkteigenschaften“ auf Seite 74 angegeben sind.

## 1 Einleitung

### Vorbereiten des LCR-Messgeräts

- 1 Öffnen der Batterieabdeckung.** Heben Sie den Neigungsständer an. Lösen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie anschließend die Batterieabdeckung wie in [Abbildung 1-1](#) gezeigt.
- 2 Einlegen der Batterien.** Achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Batterienpolarität. Die Anschlussenden der Batterie sind im Batteriefach angezeigt.
- 3 Schließen der Batterieabdeckung.** Positionieren Sie die Batterieabdeckung wieder in der Ursprungsposition und befestigen Sie die Schraube.



**Abbildung 1-1** Einlegen der Batterien

Die Batteriestandsanzeige in der unteren rechten Ecke der Anzeige zeigt den Batterieladestand an. In [Tabelle 1-1](#) sind die verschiedenen angezeigten Ladezustände beschrieben.

### **WARNUNG**

**Um falsche Anzeigewerte zu verhindern, welche zu elektrischen Schlägen oder Verletzungen führen könnten, wechseln Sie die Batterien aus, sobald die Anzeige für fast leere Batterien angezeigt wird. Entladen Sie die Batterie niemals durch Kurzschluss oder Polaritätsumkehrung.**

**VORSICHT**

So vermeiden Sie Beschädigungen durch auslaufende Batterien:

- Entfernen Sie erschöpfte Batterien grundsätzlich sofort.
- Wenn das LCR-Messgerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus und lagern Sie sie separat.


**Tabelle 1-1** Batteriestandsanzeige

Anzeige	Ladezustand
	Voll geladen
	2/3 geladen
	1/3 geladen
 <i>(periodisches Blinken)</i>	Fast leere Batterien (weniger als ein Tag) <sup>[1]</sup>

[1] Batteriewechsel wird empfohlen. Verwenden Sie nur die auf [Seite 74](#) angegebenen Batterietypen.

## Einschalten des LCR-Messgeräts

Drücken Sie die Einschalttaste einmal, um das LCR-Messgerät einzuschalten. Das LCR-Messgerät startet im Modus der automatischen Identifizierung (*At*) (Siehe [Seite 26](#)), wenn es das erste Mal eingeschaltet wird.



**Abbildung 1-2** Einschalttaste

## 1 Einleitung

### Vorbereiten des LCR-Messgeräts

Drücken Sie die Einschalttaste erneut, um das LCR-Messgerät auszuschalten.

#### HINWEIS

Sie können das Einschaltverhalten des LCR-Messgeräts für zukünftige Einschaltvorgänge ändern. Weitere Informationen zur Einschalteneinstellung des LCR-Messgeräts finden Sie unter [„Ändern des Verhaltens beim Einschalten“](#) auf Seite 54.

---

## Automatische Ausschaltfunktion (APO)

Das LCR-Messgerät schaltet sich nach 5 Minuten (Standard) automatisch aus, wenn keine Taste gedrückt wird. Durch Drücken einer Taste wird das LCR-Messgerät nach der autom. Ausschaltung sofort wieder eingeschaltet.

Das Anzeigesymbol **APO** wird unten links in der Anzeige eingeblendet, wenn die APO-Funktion aktiviert ist.

#### HINWEIS

- Informationen über das Ändern der Zeit bis zur autom. Ausschaltung und zum Deaktivieren dieser Funktion finden Sie unter [„Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung“](#) auf Seite 71.
  - Wenn ein externer Stromanschluss verwendet wird, ist die APO-Funktion deaktiviert.
- 

## Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung

Wenn Sie in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen arbeiten, drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf , um die LCD-Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

Um Batterie zu sparen, gibt es eine Zeitabschaltung für die Hintergrundbeleuchtung, die benutzerdefiniert eingestellt werden kann. Standardmäßig schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach 30 Sekunden wieder aus.

**HINWEIS**

- Informationen über das Ändern der Zeit bis zur autom. Ausschaltung der Hintergrundbeleuchtung und zum Deaktivieren dieser Funktion finden Sie unter „[Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung](#)“ auf Seite 71.
  - Wenn ein externer Stromanschluss verwendet wird, ist die Hintergrundlicht-Funktion deaktiviert.
-

## Auswählen des Bereichs

Durch Drücken auf  wechselt das LCR-Messgerät zwischen automatischer und manueller Bereichseinstellung. Wenn die manuelle Einstellung aktiviert ist, werden hiermit auch die verfügbaren Bereiche des LCR-Messgeräts angezeigt.

Die Automatische Bereichsauswahl ist praktisch, da das LCR-Messgerät automatisch einen geeigneten Bereich für das Lesen und Anzeigen einer jeden Messung auswählt. Bei der manuellen Bereichsauswahl werden jedoch bessere Leistungen erzielt, da das LCR-Messgerät den für jede Messung zu verwendenden Bereich nicht erst ermitteln muss.


Im autom. Bereichsauswahlmodus wählt das LCR-Messgerät den niedrigsten Bereich, um die höchstverfügbare Genauigkeit (Auflösung) für das Eingangssignal anzuzeigen. Wenn die manuelle Bereichsauswahl bereits ausgewählt ist, drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um in den autom. Bereichsauswahlmodus zu wechseln.

Wenn die autom. Bereichsauswahl aktiviert ist, drücken Sie auf , um in den manuellen Modus zu wechseln.

Bei jedem weiteren Drücken auf  wechselt das LCR-Messgerät zum nächsthöheren Bereich, außer der höchste Bereich wird bereits angezeigt, dann wechselt das Gerät in den niedrigsten Bereich.

## Anpassen des Neigungsständers

Um das LCR-Messgerät in der Position von 60° aufzustellen, ziehen Sie den Neigungsständer maximal aus.




**Abbildung 1-3** Anpassung des Neigungsständers und IR-Kabelverbindung

## Anschließen des IR-USB-Kabels

Sie können mit der IR-Kommunikationsverbindung (IR-Kommunikationsanschluss auf der Rückseite) und der Agilent GUI Data Logger-Software das LCR-Messgerät fernsteuern, Datenprotokollierungsoperationen ausführen und Daten vom Speicher des LCR-Messgeräts an einen PC übermitteln.

Stellen Sie dabei sicher, dass das Agilent-Logo auf dem am LCR-Messgerät angeschlossenen U5481A IR-USB-Kabel (separat erhältlich) nach oben zeigt. Drücken Sie den IR-Stecker fest in den IR-Kommunikationsanschluss des LCR-Messgeräts bis er einrastet (Siehe [Abbildung 1-3](#))

Weitere Informationen über die IR-Kommunikationsverbindung und die Agilent GUI Data Logger-Software finden Sie in der *Hilfe der Agilent GUI Data Logger Software* und im *Schnellstarthandbuch*.



Time	Mode	Freq	Lp	La	Cp	Cs	Rp	Ra	Z	DCR	ESR	Q	DF	Theta
3/4/2011 3:50:33 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	107.0 G	-	-	-	55.78 $\mu$	99.00E+036	44.38
3/4/2011 3:50:34 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	16.59 G	-	-	-	916.5 $\mu$	99.00E+036	43.79
3/4/2011 3:50:34 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	8.758 G	-	-	-	916.5 $\mu$	99.00E+036	43.79
3/4/2011 3:50:35 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	9.979 G	-	-	-	80.28 $\mu$	99.00E+036	-2.847
3/4/2011 3:50:35 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	19.94 G	-	-	-	365.3 $\mu$	99.00E+036	97.69
3/4/2011 3:50:36 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	13.55 G	-	-	-	398.0 $\mu$	99.00E+036	21.39
3/4/2011 3:50:36 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	29.34 G	-	-	-	229.7 $\mu$	99.00E+036	17.09
3/4/2011 3:50:37 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	8.009 G	-	-	-	1.007 m	993.0	44.88
3/4/2011 3:50:37 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	9.306 G	-	-	-	629.4 $\mu$	99.00E+036	15.45
3/4/2011 3:50:38 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	19.90 G	-	-	-	629.4 $\mu$	99.00E+036	93.91
3/4/2011 3:50:38 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	7.717 G	-	-	-	201.2 $\mu$	99.00E+036	14.87
3/4/2011 3:50:39 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	6.840 G	-	-	-	933.3 $\mu$	99.00E+036	33.52
3/4/2011 3:50:39 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	7.646 G	-	-	-	817.7 $\mu$	99.00E+036	31.90
3/4/2011 3:50:40 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	8.018 G	-	-	-	216.6 $\mu$	99.00E+036	4.012
3/4/2011 3:50:41 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	6.741 G	-	-	-	757.8 $\mu$	99.00E+036	-36.96
3/4/2011 3:50:41 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	11.91 G	-	-	-	914.1 $\mu$	99.00E+036	69.67
3/4/2011 3:50:42 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	10.85 G	-	-	-	139.9 $\mu$	99.00E+036	-17.03
3/4/2011 3:50:42 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	33.92 G	-	-	-	10.78 $\mu$	99.00E+036	-23.94
3/4/2011 3:50:43 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	7.512 G	-	-	-	449.4 $\mu$	99.00E+036	13.96
3/4/2011 3:50:43 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	27.26 G	-	-	-	131.4 $\mu$	99.00E+036	-45.67
3/4/2011 3:50:44 PM	Ra	100.0	-	-	-	-	-	9.799 G	-	-	-	1.068 m	936.3	66.81

Abbildung 1-4 Agilent GUI Data Logger Software

Die Agilent GUI Data Logger Software und unterstützende Dokumente (*Hilfe* und *Schnellstarthandbuch*) sind als Download kostenlos verfügbar unter <http://www.agilent.com/find/hhTechLib>.

Das U5481A IR-USB-Kabel können Sie bei einem Agilent-Fachhändler in Ihrer Nähe erwerben.

## Einschaltoptionen

Einige Optionen können nur ausgewählt werden, während Sie das LCR-Messgerät einschalten. Diese Einschaltoptionen sind in untenstehender Liste angegeben.

Zum Auswählen einer Einschaltoption drücken Sie die in [Tabelle 1-2](#) angegebene Taste und halten Sie diese gedrückt, während Sie das LCR-Messgerät einschalten (☺).

**Tabelle 1-2** Einschaltoptionen

Taste	Beschreibung
	Prüft die LCD-Anzeige. Alle Anzeigesymbole werden auf dem LCD angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um diesen Modus zu verlassen.
	Simulieren des APO-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das LCR-Messgerät erneut einzuschalten und den Normalbetrieb wieder aufzunehmen.
	Prüft die Firmware-Version. Die Firmware-Version des LCR-Messgeräts wird in der Primäranzeige angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um diesen Modus zu verlassen.
	Führt die Open/Short-CAL auf allen Frequenzen und allen Bereichen für den Benutzermodus ( <b>OS-User</b> ) aus. <sup>[1]</sup>
	Aktiviert das Einrichtungsmenü. In <a href="#">Kapitel 3</a> , „Setup-Optionen“, ab Seite 49 erhalten Sie weitere Informationen. Drücken und halten Sie  länger als 1 Sekunde, um diesen Modus zu beenden.

[1] Die Open/Short-CAL benötigt etwa 1,5 Minuten, bis sie abgeschlossen ist.

## 1 Einleitung

Kurzbeschreibung des LCR-Messgeräts

# Kurzbeschreibung des LCR-Messgeräts


## Maße

### Vorderansicht



Abbildung 1-5 Breitenmaße

**Rück- und Seitenansicht**



**Abbildung 1-6** Höhen- und Tiefenmaße

## 1 Einleitung

Kurzbeschreibung des LCR-Messgeräts

# Übersicht

## Vorderes Bedienfeld

In diesem Abschnitt werden die vorderen Bedienfeldteile des LCR-Messgeräts beschrieben. Klicken Sie auf die entsprechenden Seiten "Weitere Informationen" in [Tabelle 1-3](#), um mehr Informationen zu jedem Teil zu erhalten.




Abbildung 1-7 Vorderes Bedienfeld

Tabelle 1-3 Teile des vorderen Bedienfelds

Legende	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
1	Bildschirmanzeige	<a href="#">Seite 19</a>
2	Tastenfeld	<a href="#">Seite 16</a>
3	Eingangsanschlüsse und Eingangsbuchsen	<a href="#">Seite 23</a>

### Hinteres Bedienfeld

In diesem Abschnitt werden die Teile auf der Rückseite des Bedienfelds des LCR-Messgeräts beschrieben. Klicken Sie auf die entsprechenden Seiten "Weitere Informationen" in [Tabelle 1-4](#), um mehr Informationen zu jedem Teil zu erhalten.




Abbildung 1-8 Hinteres Bedienfeld

Tabelle 1-4 Teile auf der Rückseite

Legende	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
1	IR-Kommunikationsanschluss	<a href="#">Seite 10</a>
2	Neigungsständer	<a href="#">Seite 9</a>
3	Batterieabdeckung (Für den Zugriff Neigungsständer anheben)	<a href="#">Seite 3</a>
4	Eingang für das externe Netzteil <sup>[1]</sup>	-

[1] Für den Anschluss für das externe Netzteil benötigen Sie eine Eingangsspannung von +12 V Gleichstrom.

## 1 Einleitung

Kurzbeschreibung des LCR-Messgeräts

### Tastenfeld

Die Funktion jeder Taste ist nachstehend dargestellt. Durch Drücken einer Taste wird eine Funktion aktiviert, das entsprechende Symbol angezeigt und ein Ton ausgegeben.

Die Tastenfunktionen des Tastenfelds des U1731C/U1732C/U1733C (Siehe [Abbildung 1-7](#)) wird in [Tabelle 1-5](#) beschrieben. Klicken Sie auf die entsprechenden Seiten "Weitere Informationen" in [Tabelle 1-5](#), um weitere Informationen zu jeder Funktion zu erhalten.

**Tabelle 1-5** Tastenfunktio

Legende	Aktive Funktion, wenn die Taste:		Weitere Informationen zu:
	weniger als 1 Sekunde gedrückt wird	mehr als 1 Sekunde gedrückt wird	
	Schaltet das LCR-Messgerät ein bzw. aus.	-	<a href="#">Seite 5</a>
 ESR	Startet oder beendet den Modus für die automatische Identifizierung. <ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie erneut auf , während das Symbol  angezeigt wird, um den Modus zu beenden.</li></ul>	Aktiviert oder deaktiviert den ESR-Modus (Equivalent Series Resistance – äquivalenter Serienwiderstand). <ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um diesen Modus zu beenden. Das LCR-Messgerät kehrt standardmäßig zur Kapazitätsmessung zurück.</li></ul>	<a href="#">Seite 26</a>
 Save	Hält den aktuellen Messwert auf der Anzeige oder gibt ihn frei. <ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie erneut auf , um den Messwert zu aktualisieren, sobald dieser stabil ist.</li><li>• Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um diesen Modus zu beenden.</li></ul>	Startet oder beendet den statischen Aufzeichnungsmodus. <ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie erneut auf , um zwischen den Messwerten für Maximum (<b>Max</b>), Minimum (<b>Min</b>), Durchschnitt (<b>Avg</b>) und den aktuellen (<b>MaxMinAvg</b>) Messwerten umzuschalten.</li><li>• Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um diesen Modus zu beenden.</li></ul>	<a href="#">Seite 40</a>

**Tabelle 1-5** Tastenfeldfunktionen (Fortsetzung)

Legende	Aktive Funktion, wenn die Taste:		Weitere Informationen zu:
	weniger als 1 Sekunde gedrückt wird	mehr als 1 Sekunde gedrückt wird	
	Wechseln zwischen Ableitungsfaktormessung (D), Qualitätsfaktormessung (Q) und Phasenwinkelmessung ( $\theta$ )	Aktiviert oder deaktiviert den Grenzwertabgleichmodus. <ul style="list-style-type: none"> <li>Während das Symbol <b>Limit</b> blinkt:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie erneut auf  und , um zwischen oberen (H) und unteren (L) Grenzwerten umzuschalten.</li> <li>Verwenden Sie die Tasten  und , um einen Satz für oberen/unteren Grenzwert (1 bis 16) zu wählen.</li> </ul> </li> <li>Drücken Sie auf , um die Grenzwertklassifizierung (mit der ausgewählten Grenzwerteinstellung) zu starten, oder</li> <li>wenn nach 3 Sekunden keine Aktivität gemessen wird, beginnt der Grenzwertabgleich.</li> <li>Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um diesen Modus zu beenden.</li> </ul>	<a href="#">Seite 37</a> und <a href="#">Seite 42</a>
	Auswählen der Testfrequenz <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie erneut auf , um sich durch die verschiedenen Testfrequenzen (100Hz bis 100 kHz) zu bewegen.</li> </ul>	<b>Nur U1733C:</b> Aktiviert oder deaktiviert den DCR-Modus (Direct Current Resistance – Gleichstromwiderstand) <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um diesen Modus zu beenden. Das LCR-Messgerät kehrt standardmäßig zur Induktivitätsmessung zurück.</li> </ul>	<a href="#">Seite 37</a>
	Deaktiviert die automatische Bereichsauswahl und legt eine manuelle Bereichsauswahl fest. <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie erneut auf , um durch die verfügbaren Messbereiche zu navigieren.</li> </ul>	Ermöglicht eine automatische Bereichswahl.	<a href="#">Seite 8</a>
	Wechseln zwischen Impedanzmessung (Z), Induktivitätsmessung (L), Kapazitätsmessung (C) und Widerstandsmessung (R)	Umschalten zwischen Parallel- und Serienschaltungsmodus	<a href="#">Seite 27</a> bis <a href="#">Seite 35</a> und <a href="#">Seite 37</a>

## 1 Einleitung

Kurzbeschreibung des LCR-Messgeräts

**Tabelle 1-5** Tastenfunktioen (Fortsetzung)

Legende	Aktive Funktion, wenn die Taste:		Weitere Informationen zu:
	weniger als 1 Sekunde gedrückt wird	mehr als 1 Sekunde gedrückt wird	
	<p>Stellt den Toleranzmodus ein.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schließen Sie eine geeignete Komponente am Eingangsanschluss an und drücken Sie auf , um den Wert, der auf der Sekundäranzeige angezeigt wird, als Standardreferenzwert einzustellen.</li><li>• Drücken Sie erneut auf , um sich durch die verschiedenen Toleranzwerte (1% bis 20%) zu bewegen.</li></ul>	<p>Schaltet das LCD-Hintergrundlicht für 15 Sekunden (Standard) ein, bzw. das Hintergrundlicht wird ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informationen zur benutzerdefinierten Zeitabschaltung der Hintergrundbeleuchtung finden Sie unter „Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung“ auf Seite 71.</li></ul>	<p>Seite 38 und Seite 6</p>
	<p>Stellt den Nullmodus/relativen Modus ein.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der angezeigte Wert wird als Referenz gespeichert, die von nachfolgenden Messungen abgezogen werden soll.</li><li>• Drücken Sie erneut auf , den Nullmodus zu beenden.</li></ul>	<p>Aktiviert den Open/Short-Kalibrierungsmodus für den ausgewählten Bereich und die ausgewählte Testfrequenz.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Befolgen Sie die Anweisungen in der Anzeige (Open- oder Short-Anschluss) und drücken Sie auf , um den Kalibrierungsprozess zu starten.</li><li>• Das LCR-Messgerät kehrt zur normalen Anzeige zurück, sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist.</li></ul>	<p>Seite 45 und Seite 46</p>

## Bildschirmanzeige

In diesem Abschnitt werden die Funktionen beschrieben, denen die Meldeanzeigen des LCR-Messgeräts zugewiesen sind. Unter „Maßeinheiten“ auf Seite 22 finden Sie eine Liste der verfügbaren Messungssignale und Kennzeichnungen.

### Allgemeine Meldeanzeigen

Die allgemeinen Meldeanzeigen des LCR-Messgeräts werden in untenstehender Tabelle beschrieben.

Jede Meldeanzeige der Bildschirmanzeige des U1731C/U1732C/U1733C (siehe [Abbildung 1-7](#)) wird in [Tabelle 1-6](#) beschrieben. Klicken Sie auf die entsprechenden Seiten "Weitere Informationen" in [Tabelle 1-6](#), um mehr Informationen zu jeder Meldeanzeige zu erhalten.

**Tabelle 1-6** Allgemeine Meldeanzeigen

Legende	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
	Fernbedienung über PC	<a href="#">Seite 10</a>
<b>ESR</b>	ESR (Equivalent Series Resistance – äquivalenter Serienwiderstand).	
<b>DCR</b>	Widerstandsmessung durch Gleichstrom	
<b>OS-Factory</b>	LCR-Messgerät verwendet werksseitig festgelegte Einstellungen für Open/Short-CAL	<a href="#">Seite 46</a>
<b>OS-User</b>	LCR-Messgerät verwendet vom Benutzer festgelegte Einstellungen für Open/Short-CAL	
<b>100Hz</b>	Messfrequenz des Prüfsignals ist 100 Hz.	
<b>120Hz</b>	Messfrequenz des Prüfsignals ist 120 Hz.	
<b>1kHz</b>	Messfrequenz des Prüfsignals ist 1 kHz.	<a href="#">Seite 37</a>
<b>10kHz</b>	Messfrequenz des Prüfsignals ist 10 kHz.	
<b>100kHz</b>	Messfrequenz des Prüfsignals ist 100 kHz.	


## 1 Einleitung

### Kurzbeschreibung des LCR-Messgeräts

**Tabelle 1-6** Allgemeine Meldeanzeigen (Fortsetzung)

Legende	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
<b>Tol</b>	Toleranzmodusanzeige für die Klassifizierung L, C oder R	
<b>1%</b>	Toleranz für das Klassifizieren der Kapazität ist auf 1% eingestellt.	
<b>5%</b>	Toleranz für das Klassifizieren der Kapazität ist auf 5% eingestellt.	<a href="#">Seite 38</a>
<b>10%</b>	Toleranz für das Klassifizieren der Kapazität ist auf 10% eingestellt.	
<b>20%</b>	Toleranz für das Klassifizieren der Kapazität ist auf 20% eingestellt.	
<b>Hold</b>	Datenhaltmodus	<a href="#">Seite 40</a>
<b>••)</b>	Akustisches Signal für Toleranz- und Grenzmodus	<a href="#">Seite 69</a>
<b>D</b>	Anzeige des Ableitungsfaktors	
<b>Q</b>	Anzeige des Qualitätsfaktors	<a href="#">Seite 37</a>
<b><math>\theta</math></b>	Nullphasenwinkel der Impedanz	
<b>-888</b>	Sekundäranzeige	-
<b>o</b> <b>%</b> <b>kHz</b>	Maßeinheiten für die Sekundäranzeige	<a href="#">Seite 22</a>
<b>Z</b>	Impedanzmessung	<a href="#">Seite 35</a>
<b>L</b>	Induktivitätsmessung	<a href="#">Seite 29</a>
<b>C</b>	Kapazitätsmessung	<a href="#">Seite 31</a>
<b>R</b>	Widerstandsmessung	<a href="#">Seite 33</a>

**Tabelle 1-6** Allgemeine Meldeanzeigen (Fortsetzung)

Legende	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
<b>MaxMinAvg</b>	Aktueller Messwert wird auf Primäranzeige angezeigt	
<b>Max</b>	Höchster Messwert wird auf Primäranzeige angezeigt	Seite 40
<b>Min</b>	Niedrigster Messwert wird auf Primäranzeige angezeigt	
<b>Avg</b>	Durchschnittsmesswert wird auf Primäranzeige angezeigt	
<b>Δ</b>	Anzeige für relativ Null	Seite 45
<b>Auto</b>	Autom. Bereichsauswahl	Seite 8
<b>Limit</b>	Grenzmodus	
<b>▲</b>	Ausgeben des HI-Grenzwerts	Seite 42
<b>▼</b>	Ausgeben des LO-Grenzwerts	
<b>APO</b>	Anzeige der automatischen Abschaltfunktion	Seite 6
<b>-18888</b>	Primäranzeige	-
<b>Pr<sup>∩</sup>FH</b> <b>MkΩS</b>	Maßeinheiten für die Primäranzeige	Seite 22
<b>P<sub>∩</sub></b> 	Anzeige für Parallelmodus	Seite 37
<b>S<sub>∩</sub></b> 	Anzeige für Serienmodus	
	Akkukapazitätsanzeige	Seite 5

## 1 Einleitung

Kurzbeschreibung des LCR-Messgeräts

### Maßeinheiten

Die für jede Messfunktion im LCR-Messgerät verfügbaren Symbole und Kennzeichnungen werden in [Tabelle 1-7](#) beschrieben. Die unten aufgelisteten Einheiten sind für die Primäranzeigenmessungen des LCR-Messgeräts gültig.

**Tabelle 1-7** Maßeinheitenanzeige

Symbol/ Kennzeichnung	Beschreibung
M	Mega 1E+06 (1000000)
k	Kilo 1E+03 (1000)
m	Milli 1E-03 (0,001)
μ	Micro 1E-06 (0,000001)
n	Nano 1E-09 (0,000000001)
p	pico 1E-12 (0.000000000001)
°	Grad, Maßeinheit für die Phasenwinkelmessung
%	Prozentsatz, Maßeinheit für die Toleranzmessung
μH, mH, H	Henry, Maßeinheiten für die Induktivitätsmessung
pF, nF, μF, mF	Farad, Maßeinheiten für die Kapazitätsmessung
Ω, kΩ, MΩ	Ohm, Maßeinheiten für Widerstands- und Impedanzmessungen
kHz, Hz	Hertz, Maßeinheiten für Frequenzmessungen



## Eingangsanschlüsse

In der folgenden Tabelle werden die Anschlüsse des LCR-Messgeräts beschrieben.

### WARNUNG

**Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, überschreiten Sie nicht die Eingangsbeschränkung. Wenden Sie an den Eingangsanschlüssen keine Spannung an. Entladen Sie den Kondensator vor der Testdurchführung.**

**Tabelle 1-8** Eingangsanschlüsse/Eingangsbuchsen

Eingangsanschluss/ Buchse	Beschreibung
	Positive Anschluss-/Komponentenbuchse
	Negative Anschluss-/Komponentenbuchse
	Schutzanschluss-/Komponentenbuchse

## Reinigen des LCR-Messgeräts


**WARNUNG**

**Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das LCR-Messgerät eindringt, um Stromschläge und Schäden am Gerät zu vermeiden.**

---

Schmutz oder Feuchtigkeit in den Anschlüssen kann die Messwerte verzerren. Führen Sie zum Reinigen des LCR-Messgeräts folgende Schritte aus.

- 1** Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie die Messleitungen ab.
- 2** Drehen Sie das Gerät um und schütteln Sie jeglichen Schmutz heraus, der sich in den Anschlüssen angesammelt hat.
- 3** Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab – verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.
- 4** Reinigen Sie die Kontakte jedes Anschlusses mit einem sauberen, alkoholgetränkten Wattetupfer.



## 2 Merkmale und Funktionen

Vornehmen von Messungen	26
Funktion für automatische Identifikation (Ai)	26
Messen der Induktivität (L)	29
Kapazitätsmessung (C)	31
Messen des Widerstands (R)	33
Messen der Impedanz (Z)	35
Messen von Ableitungsfaktor/Qualitätsfaktor/Phasenwinkel (D/Q/θ)	37
Ändern der Testfrequenz	37
Auswählen des Parallel-/Serienschaltkreismodus (P/S)	37
Einstellen der Standardreferenztoleranz (Tol%)	38
Aktivieren von ESR-Messungen	39
Aktivieren von DCR-Messungen	39
Zusätzliche Funktionen	40
Sperren der Anzeige (Hold)	40
Aktivieren des statischen Aufzeichnungsmodus (Rec)	40
Einstellen des Abgleichs für oberen/unteren Grenzwert (Grenze)	42
Durchführen relativer Messungen (Null)	45
Ausführen der Open/Short-CAL	46

Dieses Kapitel enthält detaillierte Informationen zu den Merkmalen und Funktionen dieses LCR-Messgeräts.



## Vornehmen von Messungen

### Funktion für automatische Identifikation (Ai)

Drücken Sie auf , um automatisch die geeignete Messung für das Messobjekt (device-under-test - DUT) zu identifizieren.




Abbildung 2-1 Verwenden der Ai-Funktion

Die Meldeanzeige  blinkt, während das LCR-Messgerät das Messobjekt identifiziert und

- eine geeignete Messung in der Primäranzeige (L, C oder R) und Sekundäranzeige (D, Q, oder  $\theta$ ) auswählt,
- einen passenden Bereich auswählt, und
- einen geeigneten Messmodus (Serien oder parallel) auswählt.

#### HINWEIS

Die Funktion *Ai* hilft dabei, L-, C- oder R-Messungen automatisch entsprechend dem im Messobjekt ermittelten Impedanzwinkel auszuwählen. Informationen zu Phasenwinkelregeln finden Sie in [Tabelle 2-1](#).

Die standardmäßige Phasenwinkelbedingung ist auf 10° eingestellt. Sie können diesen Winkel im Setup-Menü von 5° bis 45° ändern. In „[Ändern der Phasenwinkelbedingung der Ai-Funktion](#)“ auf Seite 61 erhalten Sie weitere Informationen.

Der Messmodus (Serien oder parallel) wird automatisch aus der Richtung der automatischen Bereichsauswahl identifiziert.

Tabelle 2-2, Tabelle 2-3 und Tabelle 2-4 listen die verwendeten Regeln für Serien/parallel auf.

**Tabelle 2-1** Automatische Identifizierung - Phasenwinkelregeln

Phasenwinkel <sup>[1]</sup>	Primäranzeige	Sekundäranzeige
$-\text{Set} < \theta < +\text{Set}$	R	$\theta$
$\theta \geq +\text{Set}$	L	Q
$\theta \leq -\text{Set}$	C	D

[1] Wobei  $\pm\text{Set}$  der ausgewählte Phasenwinkel ist.

**Tabelle 2-2** Automatische Identifizierung - Serien/Parallel-Regeln für Widerstandsmessungen

Widerstandsbereich	Niedriger Bereich	Hoher Bereich
200 M $\Omega$	Parallel	Parallel
20 M $\Omega$	Parallel	Parallel
2000 k $\Omega$	Parallel	Parallel
200 k $\Omega$	Parallel	Parallel
20 k $\Omega$	Parallel	Serie
2000 $\Omega$	Parallel	Serie
200 $\Omega$	Parallel	Serie
20 $\Omega$	Serie	Serie
2 $\Omega$	Serie	Serie

## 2 Merkmale und Funktionen

### Vornehmen von Messungen

**Tabelle 2-3** Automatische Identifizierung - Serien/Parallel-Regeln für Kapazitätsmessungen

Bereich	100 Hz		120 Hz		1 kHz		10 kHz		100 kHz	
	Unten	Oben								
20 mF	Serie	Serie	Serie	Serie	-	-	-	-	-	-
2000 $\mu$ F	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	-	-	-
200 $\mu$ F	Serie	-	-							
20 $\mu$ F	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
2000 nF	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Serie	Serie	Serie
200 nF	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Serie
20 nF	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel
2000 pF	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel
200pF	-	-	-	-	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Serie	Parallel
20pF	-	-	-	-	-	-	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel

**Tabelle 2-4** Automatische Identifizierung - Serien/Parallel-Regeln für Induktivitätsmessungen

Bereich	100 Hz		120 Hz		1 kHz		10 kHz		100 kHz	
	Unten	Oben								
2000 H	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	-	-	-	-
200 H	Parallel	-	-							
20 H	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel
2000 mH	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel
200 mH	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Parallel
20 mH	Serie	Serie	Serie	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie
2000 $\mu$ H	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Parallel	Serie	Parallel	Serie
200 $\mu$ H	-	-	-	-	Serie	Serie	Serie	Serie	Parallel	Serie
20 $\mu$ H	-	-	-	-	-	-	Serie	Serie	Serie	Serie

## Messen der Induktivität (L)

Stellen Sie das LCR-Messgerät zur Induktivitätsmessung wie in [Abbildung 2-3](#) ein.

### HINWEIS

Es wird empfohlen, die Open/Short-Kalibrierung (siehe [Seite 46](#)) auszuführen, bevor Sie das LCR-Messgerät testen, um die optimale Präzision für alle Induktivitäts-, Kapazitäts- und Widerstandsmessungen für die niedrigsten oder höchsten Bereiche zu erhalten.

- 1 Drücken Sie auf , um das LCR-Messgerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf , um eine geeignete Testfrequenz auszuwählen und
  - i drücken Sie auf , um die automatische Identifizierungsfunktion zu aktivieren oder
  - ii drücken Sie auf , um die Induktivitätsmessung auszuwählen.




Abbildung 2-2 Induktivitätsmessung mit Q-Faktor

- 3 Setzen Sie einen Induktor in eine der Komponenteneingangsbuchsen ein oder verbinden Sie die Testklemme Ihrem Bedarf entsprechend mit den Komponentenkabeln.
- 4 Drücken Sie auf , um die Sekundäranzeigenmessung zu ändern (D, Q, oder  $\theta$ ).
- 5 Lesen Sie die Anzeigenwerte ab.

## 2 Merkmale und Funktionen

### Vornehmen von Messungen




Abbildung 2-3 Induktivitätsmessung

## Kapazitätsmessung (C)

Stellen Sie das LCR-Messgerät zur Kapazitätsmessung wie in [Abbildung 2-5](#) ein.

### WARNUNG

**Um in Verbindung mit Elektrizität entstehenden Verletzungen oder Beschädigungen vorzubeugen, sollte der zu testende Kondensator vor der Messung entladen werden.**

- 1 Drücken Sie auf , um das LCR-Messgerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf , um eine geeignete Testfrequenz auszuwählen und
  - i drücken Sie auf , um die automatische Identifizierungsfunktion zu aktivieren oder
  - ii drücken Sie auf , um die Kapazitätsmessung auszuwählen.




Abbildung 2-4 Kapazitätsmessung mit D-Faktor

- 3 Setzen Sie einen Kondensator in eine der Komponenteneingangsbuchsen ein oder verbinden Sie die Testklemme Ihrem Bedarf entsprechend mit den Komponentenkabeln.
- 4 Drücken Sie auf , um die Sekundäranzeigenmessung zu ändern (D, Q, oder  $\theta$ ).
- 5 Lesen Sie die Anzeigenwerte ab.

## 2 Merkmale und Funktionen

### Vornehmen von Messungen




Abbildung 2-5 Messen der Kapazität

## Messen des Widerstands (R)

Stellen Sie das LCR-Messgerät zur Widerstandsmessung wie in [Abbildung 2-7](#) ein.

### VORSICHT

Um eventuelle Schäden am LCR-Messgerät oder am zu testenden Gerät zu vermeiden, unterbrechen Sie den Schaltkreisstrom und entladen Sie alle Kondensatoren, bevor Sie den Widerstand messen.

- 1 Drücken Sie auf , um das LCR-Messgerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf , um eine geeignete Testfrequenz auszuwählen und
  - i drücken Sie auf , um die automatische Identifizierungsfunktion zu aktivieren oder
  - ii drücken Sie auf , um die Widerstandsmessung auszuwählen.




Abbildung 2-6 Widerstandsmessung

- 3 Setzen Sie einen Widerstand in eine der Komponenteneingangsbuchsen ein oder verbinden Sie die Testklemme Ihrem Bedarf entsprechend mit den Komponentenkabeln.
- 4 Lesen Sie die Anzeige.

## 2 Merkmale und Funktionen

### Vornehmen von Messungen




Abbildung 2-7 Widerstandsmessung

## Messen der Impedanz (Z)

Alle Schaltkreiskomponenten, Widerstände, Kondensatoren und Induktoren besitzen Störkomponenten. Dies sind beispielsweise unerwünschter Widerstand in Kondensatoren, unerwünschte Kapazität in Induktoren und unerwünschte Induktivität in Widerständen. Daher sollten einfache Komponenten als komplexe Impedanzen konstruiert werden.

Stellen Sie das LCR-Messgerät zur Impedanzmessung wie in [Abbildung 2-9](#) ein.

### HINWEIS

Weitere Informationen zu Impedanzmessungstheorien finden Sie im *Impedance Measurement Handbook*. Dieses Dokument kann von unserer Webseite unter <http://www.agilent.com/find/lcrmeters> heruntergeladen werden.

- 1 Drücken Sie auf , um das LCR-Messgerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf , um eine geeignete Testfrequenz auszuwählen und anschließend auf , um die Impedanzmessung auszuwählen.




Abbildung 2-8 Impedanzmessung mit Theta

- 3 Setzen Sie eine Komponente in eine der Komponenteneingangsbuchsen ein oder verbinden Sie die Testklemme Ihrem Bedarf entsprechend mit den Komponentenkabeln.

## 2 Merkmale und Funktionen

Vornehmen von Messungen

- 4 Drücken Sie auf **DQE Limit**, um die Sekundäranzeigenmessung zu ändern (D, Q, oder  $\theta$ ).
- 5 Lesen Sie die Anzeigenwerte ab.




Abbildung 2-9 Messen der Impedanz

## Messen von Ableitungsfaktor/Qualitätsfaktor/Phasenwinkel (D/Q/θ)

Die Werte für Ableitungsfaktor (D), Qualitätsfaktor (Q) und Phasenwinkel (θ) können abwechselnd angezeigt werden, indem Sie auf die Taste  drücken, wenn das LCR-Messgerät auf den Induktivitäts-, Kapazitäts- oder Impedanzmessungsmodus eingestellt ist.

Diese Einstellung ist für DCR-Messung nicht anwendbar.

## Ändern der Testfrequenz

Standardmäßig ist für die Testfrequenz 1 kHz festgelegt. Drücken Sie die Taste , um die gewünschte Testfrequenz auszuwählen.

**Tabelle 2-5** Verfügbare Testfrequenzen

Modell	100 Hz	120 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz
U1731C	✓	✓	✓	-	-
U1732C	✓	✓	✓	✓	-
U1733C	✓	✓	✓	✓	✓

## Auswählen des Parallel-/Serienschaltkreismodus (P/S)

das LCR-Messgerät kann Parallelmodusdaten ( $P$  ) oder Serienmodusdaten ( $S$  ) für alle Bereiche anzeigen.

Drücken Sie die Taste  mindestens eine Sekunde, um zwischen Parallel- und Serienmodus umzuschalten.

Der Serienmodus ist beim Einschalten standardmäßig eingestellt. Sie können dieses Einschaltverhalten aber im Setup-Menü ändern. Weitere Informationen zum Ändern des standardmäßigen Messmodus (parallel oder Serien) bei zukünftigen Einschaltvorgängen finden Sie unter „Ändern des Verhaltens beim Einschalten“ auf Seite 54.

## Einstellen der Standardreferenztoleranz (Tol%)

Die verfügbaren Toleranzbereiche liegen bei 1%, 5%, 10% und 20%.

Um in den Toleranzmodus zu wechseln, setzen Sie die entsprechende Komponente als Standardwert in die Buchse ein oder Sie verbinden die Komponente mit den Testsonden.

Drücken Sie dann die Taste  $\left[ \begin{array}{c} \text{Tol\%} \\ \text{2} \end{array} \right]$ , um diesen Wert als Standardreferenztoleranz festzulegen.

Ähnlich kann jeder beliebige, auf der Anzeige dargestellte Wert wie beispielsweise HOLD oder Max/Min/Avg (Rec) als Standardwert für die Klassifikation von Komponenten verwendet werden. Drücken Sie erneut auf  $\left[ \begin{array}{c} \text{Tol\%} \\ \text{2} \end{array} \right]$ , um Ihrem Bedarf entsprechend 1%, 5%, 10% und 20% für die Toleranz festzulegen.

Diese Funktion wurde entwickelt, um Komponenten einfach klassifizieren zu können. Das akustische Signal ertönt drei Mal, wenn die getestete Komponente die festgelegte Toleranz überschreitet. Wenn das akustische Signal hingegen nur einmal ertönt, weist dies darauf hin, dass sich die Komponente innerhalb der festgelegten Toleranz bewegt.




Abbildung 2-10 Komponente überschreitet die eingestellte Toleranz

### HINWEIS

- Der Toleranzmodus kann nicht aktiviert werden, wenn  $\Omega$  in der Anzeige angezeigt wird oder wenn der getestete Kapazitätswert unter 50 Zählern liegt.
- Der Toleranzmodus ist nur in der manuellen Bereichsauswahl verfügbar. Bei Aktivierung in der automatischen Bereichsauswahl wird für das LCR-Messgerät automatisch die manuelle Bereichsauswahl festgelegt.

## Aktivieren von ESR-Messungen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf , um die ESR-Messung einzustellen. Verwenden Sie die ESR-Messung, um den äquivalenten Serienwiderstand (ESR) des Kondensators unabhängig von seiner Kapazität zu messen.




Abbildung 2-11 ESR-Messung mit Theta

Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um diesen Modus zu beenden.

## Aktivieren von DCR-Messungen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf , um die DCR-Messung einzustellen. Die DCR-Messung misst den Widerstand in einer unbekanntem Komponente mit 1 V Gleichstrom.




Abbildung 2-12 DCR-Messung

Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um diesen Modus zu beenden.

## Zusätzliche Funktionen

### Sperren der Anzeige (Hold)

Drücken Sie zum Sperren der Anzeige für jede Funktion auf die Taste . Das Anzeigesymbol **Hold** wird angezeigt, wenn die Einfrierfunktion (Hold) aktiv ist.




Abbildung 2-13 Verwenden der Hold-Funktion

Drücken Sie erneut auf , um den Messwert zu aktualisieren, sobald dieser stabil ist. Das Anzeigesymbol **Hold** blinkt, während auf einen stabilen Messwert gewartet wird.

Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf , um die Hold-Funktion zu deaktivieren.

### Aktivieren des statischen Aufzeichnungsmodus (Rec)


Der statische Aufzeichnungsmodus speichert Maximum-, Minimum- und Durchschnittswerte während einer Messserie im Speicher des LCR-Messgeräts.

Wenn das Eingangssignal unter dem aufgezeichneten Minimumwert oder über dem aufgezeichneten Maximumwert liegt, gibt das LCR-Messgerät einen Ton aus und erfasst den neuen Wert. Das LCR-Messgerät berechnet auch einen Durchschnitt aller Messwerte, die seit der Aktivierung des statischen Aufzeichnungsmodus gemessen wurden.

In der Anzeige des LCR-Messgeräts können Sie die folgenden statistischen Daten für alle Messwerte anzeigen lassen:

- Max: höchster Messwert seit Aktivieren des statischen Aufzeichnungsmodus
- Min: niedrigster Messwert seit Aktivieren des statischen Aufzeichnungsmodus
- Avg: Durchschnittswert aller Messwerte seit Aktivierung des statischen Aufzeichnungsmodus
- MaxMinAvg: aktueller Messwert (Wert des tatsächlichen Eingangssignals)

Drücken Sie länger als eine Sekunde auf , um den statischen Aufzeichnungsmodus aufzurufen.



**Abbildung 2-14** Verwenden der Rec-Funktion

Drücken Sie erneut auf , um in den Eingangswerten für Max, Min, Avg oder MaxMinAvg (aktuell) zu navigieren.

Um diesen Modus zu beenden, drücken Sie die Taste  und halten sie für mindestens eine Sekunde gedrückt.

#### HINWEIS

- Bei der statischen Aufzeichnung werden nur stabile Werte und Aktualisierungen im Speicher aufgezeichnet. Überspannungswerte ( $\overline{U}$ ) werden für keine der LCR-Funktionen aufgezeichnet. Darüber hinaus zeichnet das LCR-Messgerät bei Kapazitätsmessungen unter 50 Zählern keine Werte auf.
- Der statische Aufzeichnungsmodus ist nur in der manuellen Bereichsauswahl verfügbar. Wenn Sie in der automatischen Bereichsauswahl den statischen Aufzeichnungsmodus auswählen, wird für das LCR-Messgerät automatisch die manuelle Bereichsauswahl festgelegt

## Einstellen des Abgleichs für oberen/unteren Grenzwert (Grenze)

Die Funktion für das Abgleichen des oberen/unteren Grenzwerts unterstützt Sie beim Klassifizieren der Komponenten. Es sind 32 Grenzsätze verfügbar (16 feste werkseitige Sätze und 16 variable Benutzersätze)

Das LCR-Messgerät verwendet standardmäßig die werkseitig eingestellten Sätze. Sie können beim Einschalten im Setup-Menü festlegen, dass das LCR-Messgerät die Benutzersätze verwenden soll. In „[Ändern der beim Einschalten aktiven Grenzwertkategorie und des Satzes](#)“ auf Seite 63 erhalten Sie weitere Informationen.

In [Tabelle 2-6](#) sind die werkseitig voreingestellten Grenzwerte für jeden Satz angegeben.

**Tabelle 2-6** Werkseitig voreingestellte obere und untere Grenzwerte

Satz	Oberer Grenzwert (H)	Unterer Grenzwert (L)
F01	1000	900
F02	1200	1080
F03	1500	1350
F04	1800	1620
F05	2200	1980
F06	2700	2430
F07	3300	2970
F08	3900	3510


**Tabelle 2-6** Werkseitig voreingestellte obere und untere Grenzwerte

Satz	Oberer Grenzwert (H)	Unterer Grenzwert (L)
F09	4700	4230
F10	5600	5040
F11	6800	6120
F12	8200	7380
F13	10000	9000
F14	12000	10800
F15	15000	13500
F16	18000	16200

**HINWEIS**

Die Standardwerte der variablen Benutzersätze sind auf die gleichen Werte voreingestellt wie die festen Benutzersätze. Sie können diese oberen und unteren Grenzwerte im Setup-Menü ändern. In „Ändern der benutzerdefinierten Werte für oberen/unteren Grenzwert“ auf Seite 64 erhalten Sie weitere Informationen.

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die Taste , um den Modus für oberen/unteren Grenzwert zu aktivieren. Die letzte bekannte Satznummer (H## oder L##) wird in der Sekundäranzeige angezeigt.



**Abbildung 2-15** Verwenden der Grenzwertfunktion

Wählen Sie, während die Symbolanzeige **Limit** blinkt mit den Tasten  $\boxed{\text{Al}}$  oder  $\boxed{\text{Freq.}}$  einen geeigneten Grenzwertsatz aus.

Sie können erneut auf  $\boxed{\text{DGE}}$  oder  $\boxed{\text{Range}}$  drücken, um zwischen den in der Primäranzeige angezeigten Werten für Obergrenze (H) und Untergrenze (L) umzuschalten.




Abbildung 2-16 Obere und untere Grenzwerte

Drücken Sie auf  $\boxed{\text{Hold}}$ , während die Symbolanzeige **Limit** blinkt, um den Abgleich zu starten. (Wenn nach 3 Sekunden keine Aktivität gemessen wird, beginnt der Abgleich ebenfalls.)

Das LCR-Messgerät gibt drei akustische Signale aus und in der Sekundäranzeige wird  $n\bar{\omega}$  angezeigt, wenn der Messwert größer ( $\blacktriangle$ ) als der obere Grenzwert oder kleiner ( $\blacktriangledown$ ) als der untere Grenzwert ist.

Wenn der Messwert innerhalb der beiden Grenzwerte liegt, wird 1 akustisches Signal ausgegeben, und in der Sekundäranzeige wird  $\bar{\omega}$  angezeigt.




Abbildung 2-17 Anzeigen "nGo" und "Go"

Der im Abgleich verwendete Grenzwertsatz wird nach der Anzeige  $n\bar{\omega}$ / $\bar{\omega}$  angegeben.

Drücken und halten Sie  länger als 1 Sekunde, um diesen Modus zu beenden.

## Durchführen relativer Messungen (Null)

Bei relativen Messungen, die auch als Nullmessungen bezeichnet werden, zeigt jeder Messwert den Unterschied zwischen einem gespeicherten (ausgewählten oder gemessenen) Relativwert und dem Eingangssignal.

Ein möglicher Anwendungsbereich ist das Verbessern der Genauigkeit von Widerstandsmessungen durch Nullsetzen der Testleitungswiderstände (Testleitungen kurzgeschlossen). Die Nullsetzung der Testleitungen ist vor der Durchführung von Kapazitätsmessungen ebenfalls besonders wichtig (Testleitungen offen).

Drücken Sie die Taste , um in den relativen Modus zu wechseln und den angezeigten Messwert als Referenzwert zu speichern. Daraufhin werden alle nachfolgenden Messwerte im Verhältnis zum Referenzwert angezeigt.




Abbildung 2-18 Verwenden der Nullfunktion

Das Anzeigensymbol  $\Delta$  wird angezeigt, während der relative Modus aktiv ist. Drücken Sie erneut auf , um den relativen Modus zu verlassen.

#### HINWEIS

- Der relative Modus kann nicht aktiviert werden, wenn der Anzeigewert  $\bar{L}$  lautet.
- Der relative Modus ist nur in der manuellen Bereichsauswahl verfügbar. Bei Aktivierung in der automatischen Bereichsauswahl wird für das LCR-Messgerät automatisch die manuelle Bereichsauswahl festgelegt.
- Der relative Modus kann nicht aktiviert werden, wenn die automatische Bereichsauswahl mit dem Datenhaltemodus aktiviert ist.

## Ausführen der Open/Short-CAL

Die CAL-Funktion versetzt (korrigiert) sowohl die internen Parameter des LCR-Messgeräts als auch die Restwerte des externen Anschlusses für die weitere Messung. Diese Aktion hilft Ihnen, den Einfluss für vorübergehende Verwendungen zu korrigieren.

Es sind drei Arten von Open/Short-CAL verfügbar:

- **OS-Factory:** Open/Short-CAL wird im Werkskalibrierungsmodus durchgeführt (geschützt durch Sicherheitscode). Sie deckt alle Frequenzen und Bereiche ab.
- **OS-User:** Open/Short-CAL wird bei jedem Einschaltoptionsintervall durchgeführt. Sie deckt alle Frequenzen und Bereiche ab. (OS-Benutzer-Setup siehe [Seite 11](#)).
- Open/Short-CAL für einzelnen Bereich und einzelne Frequenz durch Drücken und Halten der Taste  für mehr als 1 Sekunde.

Die Korrekturen für **OS-Factory** und **OS-User** sind im LCR-Messgerät standardmäßig gespeichert. Sie werden beide an den Anschlussenden kalibriert.

Sie können das LCR-Messgerät so einstellen, dass es die Open/Short-CAL **OS-Factory** oder **OS-User** verwendet. Dies können Sie im Setup-Menü einstellen (siehe [Seite 60](#)).

Die Open/Short-CAL-Funktion ist für feste Messbereiche verfügbar.

**HINWEIS**

Die Open/Short-CAL sollte unbedingt vor Präzisionsmessungen durchgeführt werden.




Abbildung 2-19 Verwenden der Cal-Funktion




Abbildung 2-20 Aufforderungen für offene Kalibrierung und Kurzschlusskalibrierung


## 2 Merkmale und Funktionen

### Zusätzliche Funktionen

- 1 Drücken Sie die Taste  und halten Sie diese für mindestens 1 Sekunde gedrückt, um den Open/Short-CAL-Modus für die ausgewählte Frequenz und den ausgewählten Bereich zu aktivieren.
- 2 Open/Short-CAL-Eingabeaufforderungen werden in der Anzeige angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen für offene Anschlüsse (**OPn**) und kurzgeschlossene Anschlüsse (**SHor**) und drücken Sie die Taste .

Die **CAL**-Anzeige oben rechts in der Anzeige blinkt und zeigt an, dass die Korrektur durchgeführt wird.

- 3 Nachdem die Open/Short-CAL abgeschlossen ist, wird die Anzeige des LCR-Messgeräts wieder in den normalen Modus zurückgesetzt, und das Messgerät ist bereit zur normalen Verwendung.



## 3 Setup-Optionen

Verwenden des Menüs "Setup"	50
Bearbeiten von numerischen Werten	51
Zusammenfassung - Menü "Setup"	52
Setup-Menüelemente	54
Ändern des Verhaltens beim Einschalten	54
Ändern der Phasenwinkelbedingung der Ai-Funktion	61
Ändern der beim Einschalten aktiven Grenzwertkategorie und des Satzes	63
Ändern der benutzerdefinierten Werte für oberen/unteren Grenzwert	64
Ändern der Baudrate	66
Ändern der Paritätsprüfung	67
Ändern der Datenbits	68
Ändern der Warntonfrequenz	69
Sperren der Drucktasten	70
Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung	71
Zurücksetzen der Setup-Elemente	72

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie Sie die voreingestellten Einstellungen des LCR-Messgeräts ändern können.



## Verwenden des Menüs "Setup"

Im Menü "Setup" können Sie mehrere nichtflüchtige Voreinstellungen ändern. Das Ändern dieser Einstellung hat Auswirkungen auf den allgemeinen Betrieb verschiedener Funktionen des LCR-Messgeräts. Wählen Sie eine zu bearbeitende Einstellung aus und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wechseln zwischen zwei Werten, beispielsweise Ein oder Aus
- Navigieren durch mehrere Werte aus einer vordefinierten Liste
- Erhöhen oder Verringern eines numerischen Wertes innerhalb eines festgelegten Bereichs

Der Inhalt des Setup-Menüs wird in [Tabelle 3-2](#) auf Seite 52 zusammengefasst.

**Tabelle 3-1** Menü "Setup" - Hauptfunktionen

Legende	Beschreibung
	<p>Drücken Sie auf  und halten Sie die Taste gedrückt, während Sie das LCR-Messgerät einschalten (⏻), um auf das Setup-Menü zuzugreifen.</p> <p>Drücken und halten Sie  länger als 1 Sekunde, um diesen Modus zu beenden.</p>
 	<p>Drücken Sie auf  oder , um zwischen den Menüelementen zu wechseln.</p>
 	<p>Drücken Sie bei jedem Menüelement auf  oder , um die Voreinstellungen zu ändern. Das Menüelement (in der Sekundäranzeige) blinkt. Dies weist darauf hin, dass Sie nun die Werte der Menüelemente ändern können.</p> <p>Drücken Sie erneut auf  oder , um zwischen den Werten umzuschalten, um durch mehrere Werte einer Liste zu navigieren oder um einen numerischen Wert zu erhöhen oder zu verringern.</p>
 	<p>Drücken Sie auf , während das Menüelement blinkt, um die Änderungen zu speichern.</p> <p>Drücken Sie auf , während das Menüelement blinkt, um die Änderungen zu verwerfen.</p>

## Bearbeiten von numerischen Werten

Verwenden Sie beim Bearbeiten von numerischen Werten die Tasten  und , um den Zeiger auf einer Ziffer zu positionieren.

- Drücken Sie auf , um den Zeiger nach links zu verschieben.
- Drücken Sie auf , um den Zeiger nach rechts zu verschieben.

Wenn der Zeiger auf einer Ziffer positioniert ist, können Sie mit  und  die Ziffer ändern.

- Drücken Sie auf , um die Ziffer zu erhöhen.
- Drücken Sie auf , um die Ziffer herabzusetzen.

Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, speichern Sie den numerischen Wert, indem Sie auf  drücken. (Alternativ können Sie durch Drücken auf  die Änderungen verwerfen.)

## Zusammenfassung - Menü "Setup"

In folgender Tabelle sind die Elemente des Setup-Menüs zusammengefasst. Klicken Sie auf die Seiten "Weitere Informationen", um weiterführende Informationen zu den Menüelementen zu erhalten.

**Tabelle 3-2** Elementbeschreibungen für das Setup-Menü

Legende	Verfügbare Einstellungen	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
$P_{on}$ TYPE	Ai, Z, L, C, R, ESR oder DCR	Einstellen des Messtyps, der beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv ist. Standardmäßig ist dies der automatische Identifizierungsmodus (Ai)	<a href="#">Seite 54</a>
$P_{on}$ FrEQ	100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz oder 100 kHz	Einstellen der Testfrequenz, die beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv ist. Standardmäßig ist dies 1 kHz.	<a href="#">Seite 56</a>
$P_{on}$ L Auto	D, Q oder $\theta$ und P oder S	Einstellen der Sekundärparameter und des Messungsmodus für Induktivität (L), die beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv sind. Standardmäßig sind Qualitätsfaktor (Q) und Serien (S).	<a href="#">Seite 57</a>
$P_{on}$ C Auto	D, Q oder $\theta$ und P oder S	Einstellen der Sekundärparameter und des Messungsmodus für Kapazität (C), die beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv sind. Standardmäßig sind Ableitungsfaktor (D) und Serien (S).	<a href="#">Seite 58</a>
$P_{on}$ R Auto	D, Q oder $\theta$ und P oder S	Einstellen der Sekundärparameter und des Messungsmodus für Widerstand (R), die beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv sind. Standardmäßig ist dies Phasenwinkel ( $\theta$ ) und Serien (S).	<a href="#">Seite 59</a>
$oSC$ FACT	FACT oder USER	Einstellen des Open/Short-CAL-Modus, der beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv ist. Standardmäßig ist dies "FACT" (werkseitig).	<a href="#">Seite 60</a>
$\theta_i$ ° IO	05° bis 45°	Einstellen der Phasenwinkelbedingung für den autom. Identifizierungsmodus (Ai). Standard ist 10°.	<a href="#">Seite 61</a>

**Tabelle 3-2** Elementbeschreibungen für das Setup-Menü (Fortsetzung)

Legende	Verfügbare Einstellungen	Beschreibung	Weitere Informationen zu:
$P_{on}$ Ft01	Ft01 bis Ft16 oder Ur01 bis Ur16	Einstellen der Grenzwertkategorie (werkseitig oder benutzerdefiniert) und des Satzes (01 bis 16), die beim Einschalten des LCR-Messgeräts aktiv sind. Standardmäßig ist dies Ft01.	<a href="#">Seite 63</a>
$H_{01}$ 1000	H01 bis H16 oder L01 bis L16 0 bis 19999	Einstellen des oberen und unteren Grenzwerts für jeden variablen Benutzersatz. Die standardmäßigen Benutzerwerte finden Sie in <a href="#">Tabelle 3-4</a> auf Seite 64.	<a href="#">Seite 64</a>
$b_{PS}$ 9600	9600 oder 19200	Einstellen der Baudrate für die Fernkommunikation mit einem PC (9600 oder 19200). Standard ist 9600.	<a href="#">Seite 66</a>
$PR_r$ nonE	En, nonE oder odd	Einstellen des Prüfbits für die Fernkommunikation mit einem PC (gerade, keine oder ungerade). Standard ist "Keine".	<a href="#">Seite 67</a>
$d_{RL}$ 8b, t	7-Bit oder 8-Bit	Einstellen der Datenbitlänge für die Fernkommunikation mit einem PC (7-Bit oder 8-Bit). Standard sind 8-Bit.	<a href="#">Seite 68</a>
$b_{EP}$ 4000	2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, Hz oder AUS	Einstellen der Frequenz des akustischen Signals des LCR-Messgeräts (2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, Hz oder AUS). Standard ist 4000 Hz.	<a href="#">Seite 69</a>
$LP_b$ oFF	oFF oder on	Sperren der Drucktasten des LCR-Messgeräts. Standardmäßig ausgeschaltet.	<a href="#">Seite 70</a>
$RP_o$ 05	01 bis 99 Min. oder "oFF"	Einstellen der Energie-Timeout-Dauer von 1 bis 99 Minuten (1 Stunde, 39 Minuten) oder ausschalten. Standard sind 5 Minuten.	<a href="#">Seite 71</a>
$b_{LT}$ 30	01 bis 99 Sek. oder "oFF"	Einstellen der LCD-Hintergrundbeleuchtungsdauer von 1 bis 99 Sekunden (1 Minute, 39 Sekunden) oder ausschalten. Standard sind 30 Sekunden.	
$r_{St}$ dEFA	dEFA	Zurücksetzen des LCR-Messgeräts auf die voreingestellten Werkseinstellungen.	<a href="#">Seite 72</a>

## Setup-Menüelemente

### Ändern des Verhaltens beim Einschalten

Sie können das Einschaltverhalten des LCR-Messgeräts für zukünftige Einschaltvorgänge ändern.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
Pon-tYPE	<i>Ai</i> , Z, L, C, R, ESR oder DCR	<i>Ai</i>
Pon-FrEq	100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz oder 100 kHz	1 kHz
Pon-AUto (L)	<ul style="list-style-type: none"><li>• D, Q oder <math>\theta</math></li><li>• Parallel oder Serien</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Q</li><li>• Serie</li></ul>
Pon-AUto (C)	<ul style="list-style-type: none"><li>• D, Q oder <math>\theta</math></li><li>• Parallel oder Serien</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• D</li><li>• Serie</li></ul>
Pon-AUto (R)	<ul style="list-style-type: none"><li>• D, Q oder <math>\theta</math></li><li>• Parallel oder Serien</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\theta</math></li><li>• Serie</li></ul>
Pon-oSC	FAcT oder USEr	FAcT

### Ändern des Messtyps beim Einschalten

Mit diesem Setup-Element können Sie den Messtyp beim Einschalten des LCR-Messgeräts ändern. Sie haben hierfür folgende Messtypen zur Auswahl:

- Autom. Identifizierungsmodus (*Ai*)
- Impedanzmessung (Z)
- Induktivitätsmessung (L)
- Kapazitätsmessung (C)
- Widerstandsmessung (R)
- Äquivalenter Serienwiderstandsmodus (RES)
- Gleichstromwiderstandsmodus (DCR) (nur U1733C)

Das LCR-Messgerät wird bei den nächsten Einschaltvorgängen im ausgewählten Modus gestartet.



Abbildung 3-1 Ändern des Messtyps beim Einschalten

### Ändern der Testfrequenz beim Einschalten

Mit diesem Setup-Element können Sie die anfängliche Testfrequenz des LCR-Messgeräts ändern. Sie können das LCR-Messgerät so einstellen, dass es mit einer Testfrequenz zwischen 100 Hz und 100 kHz beginnt.

Das LCR-Messgerät wird beim Einschalten immer die ausgewählte Testfrequenz verwenden.





Abbildung 3-2 Ändern der Testfrequenz beim Einschalten

### Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Induktivitätsmessungen (L)

Verwenden Sie dieses Setup-Element, um für die Induktivitätsmessung (L) die anfänglichen Sekundärparameter – Ableitungsfaktor (D), Qualitätsfaktor (Q) oder Phasenwinkel ( $\theta$ ) – und den Messmodus – parallel oder Serien – zu ändern.

Die Induktivitätsmessung (L) startet dann beim Einschalten immer unter Verwendung der ausgewählten Sekundärparameter und des ausgewählten Messmodus.



**Abbildung 3-3** Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Induktivitätsmessungen (L)

### Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Kapazitätsmessungen (C)

Verwenden Sie dieses Setup-Element, um für die Kapazitätsmessung (C) die anfänglichen Sekundärparameter – Ableitungsfaktor (D), Qualitätsfaktor (Q) oder Phasenwinkel ( $\theta$ ) – und den Messmodus – parallel oder Serien – zu ändern.

Die Kapazitätsmessung (C) startet dann beim Einschalten immer unter Verwendung der ausgewählten Sekundärparameter und des ausgewählten Messmodus.





Abbildung 3-4 Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Kapazitätsmessungen (C)

### Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Widerstandsmessungen (R)

Verwenden Sie dieses Setup-Element, um für die Widerstandsmessung (R) die anfänglichen Sekundärparameter – Ableitungsfaktor (D), Qualitätsfaktor (Q) oder Phasenwinkel ( $\theta$ ) – und den Messmodus – parallel oder Serien – zu ändern.

Die Widerstandsmessung (R) startet dann beim Einschalten immer unter Verwendung der ausgewählten Sekundärparameter und des ausgewählten Messmodus.




**Abbildung 3-5** Ändern der beim Einschalten aktiven Sekundärparameter und des Messmodus für Widerstandsmessungen (R)

### Ändern der Open/Short-CAL beim Einschalten

Verwenden Sie dieses Setup-Element, um die anfängliche Open/Short-CAL des LCR-Messgeräts entweder auf die werkseitig voreingestellte Open/Short-CAL (**FACT**) oder auf die benutzerdefinierte Open/Short-CAL (**USER**) festzulegen.

Das LCR-Messgerät wird beim Einschalten immer die ausgewählte Open/Short-CAL verwenden.



**Abbildung 3-6** Ändern der Open/Short-CAL beim Einschalten

## Ändern der Phasenwinkelbedingung der *Ai*-Funktion

Diese Einstellung wird mit der *Ai*-Funktion verwendet (Siehe Seite 26). Die Funktion *Ai* hilft dabei, L-, C- oder R-Messungen automatisch entsprechend dem im Messobjekt ermittelten Impedanzwinkel auszuwählen.

Verwenden Sie dieses Setup-Element, um den Standardphasenwinkel für die *Ai*-Funktion im Bereich zwischen 5° und 45° zu ändern.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
<i>Ai</i>	(5 bis 45)°	10°

In [Tabelle 3-3](#) wird die Beziehung zwischen dem festgestellten Phasenwinkel und den ausgewählten L-, C- und R-Messungen angezeigt.


**Tabelle 3-3** Automatische Identifizierung - Phasenwinkelregeln

Phasenwinkel <sup>[1]</sup>	Primäranzeige	Sekundäranzeige
$-\text{Set} < \theta < +\text{Set}$	R	$\theta$
$\theta \geq +\text{Set}$	L	Q
$\theta \leq -\text{Set}$	C	D

[1] Wobei  $\pm\text{Set}$  der ausgewählte Phasenwinkel ist.

### 3 Setup-Optionen

Setup-Menüelemente



**Abbildung 3-7** Ändern der Phasenwinkelbedingung der  $A_i$ -Funktion

## Ändern der beim Einschalten aktiven Grenzwertkategorie und des Satzes

Diese Einstellung wird mit der Grenzwertabgleichsfunktion verwendet (Seite 42) Es sind 32 Grenzsätze verfügbar (16 feste werkseitige Sätze und 16 variable Benutzersätze)

Mit diesem Setup-Element können Sie die voreingestellte Kategorie (Werkseinstellung oder Benutzer) und den Satz (1 bis 16) für zukünftige Einschaltvorgänge ändern.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
Pon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkseinstellung (Ft01 bis Ft16)</li> <li>oder</li> <li>Benutzer (Ur01 bis Ur16)</li> </ul>	Ft01




Abbildung 3-8 Ändern des beim Einschalten aktiven Grenzwert- und Categoriesatzes

## Ändern der benutzerdefinierten Werte für oberen/unteren Grenzwert

Diese Einstellung wird mit der Grenzwertabgleichsfunktion verwendet ([Seite 42](#)) Es sind 16 variable Benutzersätze verfügbar.

Mit diesem Setup-Element können Sie die oberen und unteren Grenzwerte eines jeden variablen Benutzersatzes ändern.

### HINWEIS

Der untere Grenzwert kann von 0 bis "kleiner oder gleich" dem oberen Grenzwert angegeben werden. Der obere Grenzwert kann von "mehr als oder gleich" dem unteren Grenzwert bis "kleiner als oder gleich" dem maximalen Anzeigezähler (19999) eingestellt werden.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
<ul style="list-style-type: none"><li>• H(01 bis 16) oder</li><li>• L(01 bis 16)</li></ul>	0 bis 19999	Siehe <a href="#">Tabelle 3-4</a>

In [Tabelle 3-4](#) sind die benutzerdefinierten Standardgrenzwerte für jeden Satz angegeben.

**Tabelle 3-4** Benutzerdef. obere/untere Standardgrenzwerte

Satz	Oberer Grenzwert (H)	Unterer Grenzwert (L)
U01	1000	900
U02	1200	1080
U03	1500	1350
U04	1800	1620
U05	2200	1980
U06	2700	2430
U07	3300	2970
U08	3900	3510
U09	4700	4230
U10	5600	5040



## Ändern der Baudrate

Diese Einstellung wird mit dem IR-Kommunikationsanschluss und der Agilent GUI Data Logger-Software verwendet, um das LCR-Messgerät ferngesteuert zu bedienen ([Seite 10](#)).

Mit diesem Setup-Element können Sie die Baudrate für die Fernsteuerung mit einem PC ändern.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
bPS	(9600 oder 19200) Bits/Sekunde	9600 Bits/Sekunde




Abbildung 3-10 Ändern der Baudrate

## Ändern der Paritätsprüfung

Diese Einstellung wird mit dem IR-Kommunikationsanschluss und der Agilent GUI Data Logger-Software verwendet, um das LCR-Messgerät ferngesteuert zu bedienen (Seite 10).

Mit diesem Setup-Element können Sie die Paritätsprüfung für die Fernsteuerung mit einem PC ändern.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
PA <sub>r</sub>	nonE, En oder odd	nonE




Abbildung 3-11 Ändern der Paritätsprüfung

## Ändern der Datenbits

Diese Einstellung wird mit dem IR-Kommunikationsanschluss und der Agilent GUI Data Logger-Software verwendet, um das LCR-Messgerät ferngesteuert zu bedienen (Seite 10).

Mit diesem Setup-Element können Sie die Datenbitanzahl (Datenbreite) für die Fernkommunikation mit einem PC ändern. Die Anzahl des Stoppbits ist immer 1 und kann nicht geändert werden.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
dAt	7 Bits oder 8 Bits	8-bit




Abbildung 3-12 Ändern der Datenbits

## Ändern der Warntonfrequenz

Das akustische Signal des LCR-Messgeräts warnt Benutzer bei neu erfassten Werten für statische Aufzeichnungen, bei erfassten Werten, die außerhalb der eingestellten Toleranz oder Grenzwerte liegen und bei ungültigen Tastenoperationen.

Mit diesem Setup-Element können Sie die Frequenz des akustischen Signals ändern.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
bEP	(2000, 3000, 4000) Hz oder oFF	4000 Hz




Abbildung 3-13 Ändern der Warntonfrequenz

## Sperren der Drucktasten

Mit diesem Setup-Element können Sie die Drucktasten des LCR-Messgeräts sperren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, sind alle Tasten gesperrt (die Funktionen ist nicht verfügbar), wenn Sie das Setup-Menü verlassen.

Sie können die Tasten wieder aktivieren, wenn Sie das Setup-Menü über die Einschaltoptionen wieder öffnen ([Seite 11](#)).

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
LPb	on oder oFF	oFF



**Abbildung 3-14** Sperren der Drucktasten

## Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung

Die autom. Ausschaltung (Siehe Seite 6) und das Hintergrundlicht (Siehe Seite 6) werden über Zeitschaltungen gesteuert, um festzulegen, wann das Hintergrundlicht bzw. das LCR-Messgerät automatisch ausgeschaltet werden.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
APo	(01 bis 99) Minuten oder oFF	05 Minuten
bLt	(01 bis 99) Sekunden oder oFF	30 Sekunden




Abbildung 3-15 Ändern der autom. Ausschaltung und der Hintergrundlicht-Zeitschaltung

## Zurücksetzen der Setup-Elemente

Die Setup-Elemente können über dieses Setup-Element auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.

Drücken Sie auf , um die Werte zurückzusetzen. Das LCR-Messgerät gibt 1 akustisches Signal aus. Beenden Sie das Setup-Menü und kehren Sie in den normalen Betriebsmodus zurück.

Parameter	Bereich	Standardeinstellung
rSt	dEFA	dEFA



Abbildung 3-16 Zurücksetzen der Setup-Elemente



## 4 Eigenschaften und Spezifikationen

Produkteigenschaften	74
Spezifikationsbedingungen	75
Elektrische Spezifikationen	76
Impedanz-/Widerstand-/DCR-Spezifikationen	76
Kapazitätsspezifikationen	77
Induktivitätsspezifikationen	78
Nullphasenwinkel der Impedanz - Spezifikationen	79
Ableitungs-/Qualitätsfaktor-Spezifikationen	80
Prüfsignalspezifikationen	81
Ausgangsimpedanz der Impedanz-/Widerstandsmessung	82
Ausgangsimpedanz der Kapazitätsmessung	83
Ausgangsimpedanz der Induktivitätsmessung	84
SMD-Pinzettenspezifikationen	85
Elektrische Eigenschaften	86

In diesem Abschnitt sind alle Eigenschaften, Annahmen und Spezifikationen der U1731C, U1732C und U1733C Handheld-LCR-Messgerät erläutert.



## Produkteigenschaften

### HINWEIS

Die in der folgenden Tabelle angegebenen Eigenschaften gelten für die Modelle U1731C, U1732C und U1733C, soweit nicht etwas anderes angegeben ist.

---

#### NETZTEIL

Batterietyp:

- 1 × 9 V Alkaliakku (ANSI/NEDA 160A oder IEC 6LR61) oder
- 1 × 9 V Zinkchloridakku (ANSI/NEDA 1604D oder IEC 6F22)

Batteriebetriebsdauer:

- 16 Stunden (neue Alkaliakku bei deaktivierter Hintergrundbeleuchtung)
- Akkuladestatusanzeige blinkt, wenn die Akkuspannung unter 7.2 V (ungefähr) fällt

Externer DC-Adapter

- DC 12 V ± 10% oder 10.8 V<sub>MIN</sub> bis 13.2 V<sub>MAX</sub>

---

#### ENERGIEVERBRAUCH

225 mVA Maximum (mit deaktiviertem Hintergrundlicht)

---

#### ANZEIGE

Duale LCD-Anzeige

- Primäranzeige mit 4 1/2 Ziffern und maximalem Zählerstand von 19999
- Sekundäranzeige mit 3 Ziffern und maximalem Zählerstand von 999

---

#### MESSRATE

- 1 Mal/Sekunde, nominal

---

#### BETRIEBSUMGEBUNG

- Betriebstemperatur von -10 °C bis 55 °C bei 0% bis 80% relativer Feuchtigkeit
- Volle Genauigkeit bei bis zu 80% relativer Feuchtigkeit für Temperaturen bis zu 30 °C linear abnehmend bis 50% relativer Feuchtigkeit bei 55 °C
- Höhe bis zu 2000 m
- Verschmutzungsgrad II

---

#### LAGERUNGSTEMPERATUR

-20 °C bis 70 °C bei 0% bis 80% relativer Feuchtigkeit

---

---

**EINHALTUNG DER SICHERHEITS- UND EMC-ANFORDERUNGEN**

- IEC61010-1:2001/EN61010-1:2001 (zweite Ausgabe)
- IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006
- Kanada: ICES/NMB-001:Ausgabe 4, Juni 2006
- Australien/Neuseeland: AS/NZS CISPR11:2004

---

**TEMPERATURKOEFFIZIENT**

0.1 × (angegebene Genauigkeit) / °C (von –10 °C bis 18 °C, bis 28 °C bis 55 °C)

---

**EINGANGSSCHUTZ**

Zurücksetzbarer Überstromschutz

---

**ABMESSUNGEN (B × H × T)**

87 × 184 × 41 mm

---

**GEWICHT**

337 Gramm (mit Batterie)

---

**GARANTIE**

Siehe hierzu [http://www.agilent.com/go/warranty\\_terms](http://www.agilent.com/go/warranty_terms)

- 3 Jahre für Hauptprodukt
- 3 Monate für Standardzubehör des Produkts, sofern nicht anders angegeben
- Beachten Sie, dass für das Produkt die Garantie nicht für folgende Punkte gilt:
  - Schaden durch Verunreinigung
  - Normale Abnutzung der mechanischen Komponenten
  - Handbücher und Standardeinwegbatterien

---

**KALIBRIERUNGSZYKLUS**

1 Jahr

---

## Spezifikationsbedingungen

- Die Genauigkeit wird mit  $\pm(\%$  des Messwerts + Zähler niederwertigsten Ziffer) bei 23 °C  $\pm$  5 °C, mit einer relativen Feuchtigkeit unter 80% angegeben.
- Die an der Komponententestbuchse ausgeführte Messung und erforderliche Open/Short-Korrekturen müssen ausgeführt werden, bevor die Genauigkeit des Geräts geprüft wird.
- Die Genauigkeit wird durch den Aufbau verifiziert und durch Typentests spezifiziert.

## Elektrische Spezifikationen

**HINWEIS**

Spezifikationsbedingungen befinden sich auf [Seite 75](#).

### Impedanz-/Widerstand-/DCR-Spezifikationen

**Tabelle 4-1** Impedanz-/Widerstand-/DCR-Spezifikationen

Bereich	Auflösung	Präzision = $A_Z$ + Offset					
		DCR	100 Hz	120 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz
		nur U1733C	Alle Modelle	Alle Modelle	Alle Modelle	Nur U1733C und U1732C	nur U1733C
2 $\Omega$ <sup>[1]</sup>	0.0001 $\Omega$	0.7% + 50	0.7% + 50	0.7% + 50	0.7% + 50	0.7% + 50	1.0% + 50
20 $\Omega$ <sup>[1]</sup>	0.001 $\Omega$	0.7% + 8	0.7% + 8	0.7% + 8	0.7% + 8	0.7% + 8	0.7% + 8
200 $\Omega$ <sup>[1]</sup>	0,01 $\Omega$	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,5% + 5
2000 $\Omega$	0,1 $\Omega$	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,5% + 5
20 k $\Omega$	0,001 k $\Omega$	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,5% + 5
200 k $\Omega$	0,01 k $\Omega$	0,5% + 5	0,5% + 5	0,5% + 5	0,5% + 5	0,5% + 5	0,7% + 8
2000 k $\Omega$	0,1 k $\Omega$	0,5% + 5	0,5% + 5	0,5% + 5	0,5% + 5	0,7% + 5	-
20 M $\Omega$ <sup>[2]</sup>	0,001 M $\Omega$	2,0% + 8	2,0% + 8	2,0% + 8	2,0% + 8	5,0% + 8	-
200 M $\Omega$ <sup>[2]</sup>	0,01 M $\Omega$	6,0% + 80	6,0% + 80	6,0% + 80	6,0% + 80	-	-

**Hinweise:**

- 1 Die Präzision für den Bereich 2  $\Omega$  bis 200  $\Omega$  wird spezifiziert, nachdem die Nullfunktion verwendet wurde, um den Widerstand der Testleitungen und den Kontaktwiderstand zu subtrahieren.
- 2 Für die Bereiche von 20 M $\Omega$  und 200 M $\Omega$  ist die relative Luftfeuchtigkeit auf <60% spezifiziert.
- 3 Die Widerstandsmessung ist auf  $Q < 10$  und  $D > 0,1$  spezifiziert; ansonsten ist die Präzision spezifiziert als  $(A_Z + Offset) \times \sqrt{1 + Q^2}$ .
- 4 Die ESR-Messung (Equivalent Series Resistance) ist entsprechend der Impedanzmessung und dem Bereich spezifiziert. Es können maximal Werte bis 199,99 k $\Omega$  angezeigt werden, und die Präzision ist spezifiziert als  $(A_Z + Offset) \times \sqrt{1 + Q^2}$ .

## Kapazitätsspezifikationen

Tabelle 4-2 Kapazitätsspezifikationen

Bereich	Auflösung	Präzision = $A_C$ + Offset				
		100 Hz	120 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz
		Alle Modelle	Alle Modelle	Alle Modelle	Nur U1733C und U1732C	nur U1733C
20 mF	0,001 mF	0.5% + 8	0.5% + 8	-	-	-
2000 $\mu$ F	0,1 $\mu$ F	0,5% + 5	0,5% + 5	0,5% + 8	-	-
200 $\mu$ F	0,01 $\mu$ F	0,3 % + 3	0,3 % + 3	0,5% + 5	0,5% + 8	-
20 $\mu$ F	0,001 $\mu$ F	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,5% + 5	5,0% + 10
2000 nF	0,1 nF	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,7% + 10
200 nF	0,01 nF	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,5% + 3	0,7% + 10
20 nF	0,001 nF	0,5% + 5	0,5% + 5	0,2% + 3	0,5% + 3	0,7% + 10
2000 pF <sup>[1]</sup>	0,1 pF	0,5% + 10	0,5% + 10	0,5% + 5	0,5% + 3	2,0% + 10
200pF <sup>[1]</sup>	0,01pF	-	-	0,5% + 10	0,8% + 10	2,0% + 10
20 pF <sup>[1]</sup>	0,001pF	-	-	-	1,0% + 20	2,5% + 10

**Hinweise:**

- 1 Die Präzision für den Bereich 20 pF bis 2000 pF ist spezifiziert, nachdem die Nullfunktion verwendet wurde, um die Streukapazität der Testleitungen zu subtrahieren.
- 2 Die Präzision für den Keramikkondensator wird beeinflusst von der dielektrischen Konstante (K) des Materials, aus dem der Keramikkondensator gefertigt wurde. Informationen zu ähnlichen Einflussfaktoren finden Sie im Abschnitt *Component dependency factors* (Komponentenabhängigkeitsfaktoren) im *Impedance Measurement Handbook* (Handbuch für Impedanzmessungen), welches Sie kostenlos herunterladen können unter <http://www.agilent.com/find/lcmmeters> heruntergeladen werden.

## 4 Eigenschaften und Spezifikationen

### Elektrische Spezifikationen

## Induktivitätsspezifikationen

Tabelle 4-3 Induktivitätsspezifikationen

Bereich	Auflösung	Präzision = $A_L$ + Offset				
		100 Hz	120 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz
		Alle Modelle	Alle Modelle	Alle Modelle	Nur U1733C und U1732C	nur U1733C
20 $\mu$ H	0,001 $\mu$ H	-	-	-	1,0% + 5	2,5% + 20
200 $\mu$ H	0,01 $\mu$ H	-	-	1,0% + 5	0,7% + 3	2,5% + 20
2000 $\mu$ H	0,1 $\mu$ H	0,7% + 10	0,7% + 10	0,5% + 3	0,5% + 3	0,8% + 20
20 mH	0,001 mH	0,5% + 3	0,5% + 3	0,2% + 3	0,3% + 3	0,8% + 10
200 mH	0,01 mH	0,5% + 3	0,5% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	1,0% + 10
2000 mH	0,1 mH	0,2% + 3	0,2% + 3	0,2% + 3	0,5% + 5	1,0% + 10
20 H	0,001 H	0,2% + 3	0,2% + 3	0,5% + 5	1,0% + 5	2,0% + 10
200 H	0,01 H	0,7% + 5	0,7% + 5	1,0% + 5	2,0% + 8	-
2000 H	0,1 H	1,0% + 5	1,0% + 5	2,0% + 8	-	-

## Nullphasenwinkel der Impedanz - Spezifikationen

**Tabelle 4-4** Nullphasenwinkel der Impedanz - Spezifikationen

Bereich	Auflösung	Präzision = $\theta_e$	Bedingung
-180° bis 180°	0.1°/1°	$\left(A_Z + \frac{Offset}{Z_x}\right) \times \frac{180}{\pi}$	D < 1 oder Q > 1

**Hinweise:**

- 1 Die Variablen  $A_Z$  und *Offset* sind in [Tabelle 4-1](#), „Impedanz-/Widerstand-/DCR-Spezifikationen“, auf Seite 76 spezifiziert.
- 2 Die Variable  $\pi$  ist aufgerundet auf 3,14159.

Impedance	$Z_x$	$A_Z$	Versatz	$\theta_e$
1999.9 $\Omega$	19999	0.2%	3	$\pm 0.12^\circ$
199.9 $\Omega$	1999	0.2%	3	$\pm 0.20^\circ$
19.9 $\Omega$	199	0.2%	3	$\pm 0.98^\circ$
1.9 $\Omega$	19	0.2%	3	$\pm 9.16^\circ$

## 4 Eigenschaften und Spezifikationen

### Elektrische Spezifikationen

## Ableitungs-/Qualitätsfaktor-Spezifikationen

**Tabelle 4-5** Ableitungs-/Qualitätsfaktor-Spezifikationen

Bereich	Auflösung	Präzision = $\theta_e$	Bedingung
Z	0,001 bis 999	$A_Z + \frac{Offset}{Z_x} \times 100\% + 3$	$D < 1$ oder $Q > 1$
L	0,001 bis 999	$A_L + \frac{Offset}{L_x} \times 100\% + 3$	$D < 1$ oder $Q > 1$
C	0,001 bis 999	$A_C + \frac{Offset}{C_x} \times 100\% + 3$	$D < 1$ oder $Q > 1$

#### Hinweise:

- 1 Die Variablen  $A_Z$ ,  $A_L$ ,  $A_C$  und *Offset* haben die in [Tabelle 4-1](#), [Tabelle 4-2](#) und [Tabelle 4-3](#) spezifizierte Präzision.
- 2 Die Variablen  $Z_x$ ,  $L_x$  und  $C_x$  sind die Anzeigezählung des Messwerts. Zum Beispiel ist der  $C_x$ -Wert 8888, wenn die Kapazität 88,88  $\mu\text{F}$  ist für den Bereich von 200  $\mu\text{F}$ .
- 3 Der Qualitätsfaktor ist der Kehrwert des Ableitungsfaktors.

Kapazität	$C_x$	$A_C$	Versatz	$D_e$
88.88 $\mu\text{F}$	8888	0.2%	3	0.203% + 3

## Prüfsignalspezifikationen

Tabelle 4-6 Prüfsignalspezifikationen

Option		Prüfsignalebene		Prüffrequenz	
		Level	Genauigkeit	Frequenz	Genauigkeit
100 Hz	Alle Modelle	0.74 Vrms	0.05 Vrms	100 Hz	0.01%
120 Hz	Alle Modelle	0.74 Vrms	0.05 Vrms	120.481 Hz	0.01%
1 kHz	Alle Modelle	0.74 Vrms	0.05 Vrms	1 kHz	0.01%
10 kHz	Nur U1733C und U1732C	0.70 Vrms	0.05 Vrms	10 kHz	0.01%
100 kHz	nur U1733C	0.70 Vrms	0.05 Vrms	100 kHz	0.01%
DCR	nur U1733C	1.235 V	0,05 V	-	-

## 4 Eigenschaften und Spezifikationen

### Elektrische Spezifikationen

# Ausgangsimpedanz der Impedanz-/Widerstandsmessung

**Tabelle 4-7** Ausgangsimpedanz der Impedanz-/Widerstandsmessung

Bereich	Typische Ausgangsimpedanz					
	DCR	100 Hz	120 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz
	nur U1733C	Alle Modelle	Alle Modelle	Alle Modelle	Nur U1733C und U1732C	nur U1733C
2 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω
20 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω
200 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω
2000 Ω	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ
20 kΩ	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ	1 kΩ
200 kΩ	100 kΩ	100 kΩ	100 kΩ	100 kΩ	10 kΩ	1 kΩ
2000 kΩ	100 kΩ	100 kΩ	100 kΩ	100 kΩ	10 kΩ	-
20 MΩ	100 kΩ	100 kΩ	100 kΩ	100 kΩ	100 kΩ	-
200 MΩ	100 kΩ	100 kΩ	100 kΩ	100 kΩ	-	-

## Ausgangsimpedanz der Kapazitätsmessung

**Tabelle 4-8** Ausgangsimpedanz der Kapazitätsmessung

Bereich	Typische Ausgangsimpedanz				
	100 Hz	120 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz
	Alle Modelle	Alle Modelle	Alle Modelle	Nur U1733C und U1732C	nur U1733C
20 mF	100 Ω	100 Ω	-	-	-
2000 μF	100 Ω	100 Ω	100 Ω	-	-
200 μF	100 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω	-
20 μF	100 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω	100 Ω
2000 nF	1 kΩ	1 kΩ	100 Ω	100 Ω	100 Ω
200 nF	10 kΩ	10 kΩ	1 kΩ	100 Ω	100 Ω
20 nF	100 kΩ	100 kΩ	10 kΩ	1 kΩ	100 Ω
2000 pF	100 kΩ	100 kΩ	100 kΩ	10 kΩ	1 kΩ
200 pF	-	-	100 kΩ	10 kΩ	1 kΩ
20 pF	-	-	-	10 kΩ <sup>[1]</sup>	1 kΩ

[1] Dieser Spezifikationswert ist nur für Firmware-Versionen ab 00.21 anwendbar. Für Firmware-Versionen vor 00.21 ist der Widerstandswert auf 100 kΩ eingestellt.

## 4 Eigenschaften und Spezifikationen

### Elektrische Spezifikationen

# Ausgangsimpedanz der Induktivitätsmessung

**Tabelle 4-9** Ausgangsimpedanz der Induktivitätsmessung


Bereich	Typische Ausgangsimpedanz				
	100 Hz	120 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz
	Alle Modelle	Alle Modelle	Alle Modelle	Nur U1733C und U1732C	nur U1733C
20 $\mu$ H	-	-	-	100 $\Omega$	100 $\Omega$
200 $\mu$ H	-	-	100 $\Omega$	100 $\Omega$	100 $\Omega$
2000 $\mu$ H	100 $\Omega$	100 $\Omega$	100 $\Omega$	100 $\Omega$	100 $\Omega$
20 mH	100 $\Omega$	100 $\Omega$	100 $\Omega$	100 $\Omega$	100 $\Omega$
200 mH	100 $\Omega$	100 $\Omega$	100 $\Omega$	1 k $\Omega$	1 k $\Omega$
2000 mH	100 $\Omega$	100 $\Omega$	1 k $\Omega$	10 k $\Omega$	1 k $\Omega$
20 H	1 k $\Omega$	1 k $\Omega$	10 k $\Omega$	10 k $\Omega$	1 k $\Omega$
200 H	10 k $\Omega$	10 k $\Omega$	100 k $\Omega$	10 k $\Omega$ <sup>[1]</sup>	-
2000 H	100 k $\Omega$	100 k $\Omega$	100 k $\Omega$	-	-

[1] Dieser Spezifikationswert ist nur für Firmware-Versionen ab 00.21 anwendbar. Für Firmware-Versionen vor 00.21 ist der Widerstandswert auf 100 k $\Omega$  eingestellt.

## SMD-Pinzettenspezifikationen

Die Agilent U1782B-Pinzette kann mit dem Handheld-LCR-Messgerät der Serie U1700 verwendet werden. Diese Pinzette ist für die Messung der SMD-Komponenten besonders gut geeignet. Schließen Sie die Basis der Pinzette an die Anschlüsse + (HI-SENSE), - (LO-SENSE) und GUARD des LCR-Messgeräts an. Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung der Basis mit der Polarität des LCR-Messgeräts übereinstimmt.

Es ist empfehlenswert, sowohl die Länge der SMD-Komponente als auch die maximale Pinzettenöffnung zu messen. Die Länge der Pinzette beträgt etwa 815 mm (siehe [Abbildung 4-1](#)).



**Abbildung 4-1** U1782B SMD-Pinzetten

## 4 Eigenschaften und Spezifikationen

### SMD-Pinzettenspezifikationen

## Elektrische Eigenschaften

**Tabelle 4-10** Elektrische Eigenschaften der U1782B SMD-Pinzetten

Parameter	Testbedingung	100 Hz	120 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz
<b>Cp</b> Parallelkapazität	Pinzette, offen	<0,7 pF				
<b>Rs</b> Serienwiderstand	Pinzette, Kurzschluss	<0,5 Ω				
<b>Ls</b> Serieninduktivität	Pinzette, Kurzschluss	<1,2 μH				

**Hinweise:**

- 1 Die Präzision wurde bei  $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  und <75% relativer Luftfeuchtigkeit festgelegt.
- 2 Es wird empfohlen, vor der Verwendung der Pinzette eine offene/kurze Kalibrierung am LCR-Messgerät vorzunehmen.

**www.agilent.com**

**Kontaktdaten**

Um unsere Services, Garantieleistungen oder technische Unterstützung in Anspruch zu nehmen, nehmen Sie mit uns unter einer der folgenden Telefon- oder Faxnummern Kontakt auf:

Vereinigte Staaten:

(Tel) 800 829 4444 (Fax) 800 829 4433

Kanada:

(Tel) 877 894 4414 (Fax) 800 746 4866

China:

(Tel) 800 810 0189 (Fax) 800 820 2816

Europa:

(Tel) 31 20 547 2111

Japan:

(Tel) (81) 426 56 7832 (Fax) (81) 426 56 7840

Korea:

(Tel) (080) 769 0800 (Fax) (080) 769 0900

Lateinamerika:

(Tel) (305) 269 7500

Taiwan:

(Tel) 0800 047 866 (Fax) 0800 286 331

Andere Länder im Asien-Pazifik-Raum:

(Tel) (65) 6375 8100 (Fax) (65) 6755 0042

Oder besuchen Sie uns im Internet:

[www.agilent.com/find/assist](http://www.agilent.com/find/assist)

Änderungen der Produktspezifikationen und -beschreibungen in diesem Dokument vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie stets auf der Agilent Website.

© Agilent Technologies, Inc., 2011–2012

Fünfte Auflage, 25. Juni 2012  
U1731-90078



**Agilent Technologies**